

Samenvattend:

Testrapport is niet te herleiden naar het product, CE certificaten van dit product ontbreken (indien aanwezig), de documentatie van het kwaliteitssysteem waarin genoemd wordt dat men medische maskers op een deugdelijke wijze produceert ontbreekt. In technical datasheet staat dat het product niet geschikt is voor gebruik door zorgverleners in een operatiekamer of soortgelijke omgeving.

Testrapport van SGS

Test rapport niet te herleiden naar product. Batchcode TRP0620 wordt niet genoemd. Uitgevoerde testen: BFE, differential pressure, microbiological cleanliness, spattest. Alle tests positief resultaat. Bij BFE test wordt opgemerkt dat deze door een andere instantie is uitgevoerd, apart test rapport hiervan ontbreekt, alleen de resultaten worden weergegeven. Er is een apart document waarin de Microorganism Cleaniness, en TRP0620 genoemd wordt, dit is echter bijna volledig in het Chinees. Daarom onduidelijk waar het precies over gaat.

Technical datasheet niet te herleiden naar het product. Verder wordt hier in aangegeven dat het product bedoeld is voor gebruik door patienten, en niet door zorgverleners in een operatiekamer of soortgelijke omgeving met dezelfde eisen.