

Beoordeling documentatie JQ (LOT 1935)

Verpakking en maskers

KN95 maskers. Geen CE markering op verpakking of maskers. 5.1.2a GB2626-2006 op verpakking. Op maskers staat alleen KN95, geen verder informatie.

*New N95 – FDA Test Report*

*New N95 - EN 149 CE test report*

*New N95 – NIOSH test report*

Drie test rapporten opgesteld door het 5.1.2a East Notice Certification. Alle rapporten met zelfde datum. Rapporten niet te koppelen aan product. Fabrikant genoemd in rapporten komt niet overeen met fabrikant op doos product.

**14/7 5.1.2e vraagt LCH of er andere documentatie beschikbaar is/ of deze deze documentatie bij andere leveranciers hoort.**

**18/8: nog geen nieuwe documentatie in sharepoint**