

**Powecom CMA Report Lot20200402**

Het betreft hier het Powecom masker, zoals ook in lot 100.100 geleverd.

Het is een samenvatting van een aantal testen uit GB2626: PFE, inademings- en uitademingsdrukverschil. Voldoet aan de eisen.

**Lianyou CNAS KN95 Report**

Dit gaat over het Lian You masker en niet over het Powecom masker.

**Powecom CMA Report Lot20200502**

Het betreft hier het Powecom masker, zoals ook in lot 100.100 geleverd.

Het is een samenvatting van een aantal testen uit GB2626: PFE, hoofdband, inademings- en uitademingsdrukverschil. Er is echter geen vertaling beschikbaar in het Engels, maar het is wel begrijpelijk. Voldoet aan de eisen.

**Powecom CMA Report Verification (1)**

Uitleg hoe rapporten van GTT, zie bovenstaande testen heeft uitgevoerd, gecontroleerd kunnen worden via de referentienummers op de rapporten.

**Powecom CNAS report Lot.20200302**

Het betreft hier een Powecom masker, maar met een andere opdruk dan in lot 100.100 geleverd.

Het is een samenvatting van een aantal testen uit GB2626: PFE, hoofdband, inademings- en uitademingsdrukverschil. Voldoet aan de eisen.

Kortom, een drietal samenvattende rapporten over de Powecom maskers, waarvan er slechts twee overeen komen met de geleverde maskers. De rapportages zijn te summier om een goede indruk te kunnen krijgen Het lijken vooral testen gedaan voor lot-controle. Conclusie is dat de documentatie onvoldoende is.