

Beoordeling documentatie leveringen MJH Intenational

**1st shipment inspection report-IR-MJH-Q51582EY-**

- Foto vermeld opdruk: HUATE HT 9510, GB2626-2006 KN95
- Conclusie: Productie inspectie rapport; van geen normatieve waarde

**1st shipment inspection report-IR-MJH-Q51582EY-**

- Foto vermeld opdruk: HUATE HT 9510, GB2626-2006 KN95
- Conclusie: Productie inspectie rapport; van geen normatieve waarde

**261 MJH**

Greencycle rapportage:

- Droge partikel meting
- Geen simultane metingen
- Debiet +/- 3 l/min
- Conclusie: meting wijkt op drie genoemde punten af van de EN 149. Validatie ontbreekt. TNO heeft protocol inmiddels offline gehaald wegens gebrek aan validiteit

**957 kwaliteit en 957 FOTO (6)**

- RIVM beoordeling LOT 957 middels alternatief testprotocol
- Gelaagdheid inconsistent. In 1 van de 3 beoordeelde maskers ontbrak een laag in de opbouw van het filter, dit filter scoorde onvoldoende op de efficiency test.
- Geteste maskers komen qua uiterlijk niet overeen met foto's zoals vermeld in
  - UFA GB TEST.pdf
  - TR-QLT51127EY-Respiratory resistance (2).pdf
  - TR-QLT51127EY-BFE.pdf

**T037777QA (1).pdf / T037777QA.pdf / IR-MJH-Q51594EY.pdf**

- Niet herleidbaar naar getest product (foto's ontbreken)

**3417041.10-CPA.PDF**

- DECRA rapportage: Niet herleidbaar naar getest product (opschrift is anders dat door ons getest masker. Op foto in DECRA rapport staat EN 149:2001 FFP2 vermeld

Conclusie:

- Aangeleverde documentatie is niet herleidbaar naar het door ons getest product.
- In door ons getest producten ontbreekt een filterlaag in een van de geteste maskers. Kwaliteit is inconsistent op een belangrijke gezondheidskundige parameter (filtratie)