

**Beoordeling Shengjie**

Verscheidene HQTs rapporten beschikbaar, verder geen opmerkingen. .

GTTC rapport **No:20R000178MO**

Niet herleidbaar naar fabrikant (Shengjie op doos): GUANGDONG FENGLUYUAN BIOPHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD en ook een ander typenummer benoemd (model C en WKZ-P2 op doos): FLY-YY-01

Op verpakking twee verschillende type-aanduidingen, erg verwarrend.

Diff. Pressure vrij laag (34.7)

Kortom, het testrapport is niet te herleiden naar het aangeboden product.