

Documentatie beoordeling Lexus Lance

14-07-2020

*Art No. REFNN95 FFP2 Masks FRI report 13-Apr & 14-apr*

Pre-shipment inspectie rapporten, niet relevant.

*LKLS01 NPS020040465 Test Report*

Test rapport uitgegeven door Chinees NPS test laboratory. Aangevraagde test: Bacterial filtration. Deze test is niet relevant. De wel relevante particle filtration efficiency wordt gerapporteerd ipv de aangevraagde BFE. Verder wordt gesproken over een exhalation valve terwijl betreffende product geen dergelijke valve heeft. De exhalation resistance wordt gerapporteerd als pass terwijl de requirements voor inhalation resistance gehanteerd worden. Conclusie onbetrouwbaar test rapport obv diverse hierboven beschreven fouten.

*SZ ITS 725325 apr 21*

Pre-shipment inspectierapport, niet relevant.

*Algemeen:*

Verpakking en masker toont CE markering, echter zonder verplicht nummer van de keurende Notified Body. CE-certificaat ontbreekt.

*Conclusie:*

Documentatie onvoldoende. Er staat CE-markering op verpakking en masker, maar NoBo nummer ontbreekt. Onbetrouwbaar test rapport meegeleverd met veel tekortkomingen.