

**Vanuit beoordeling LOT 100.068:**

Maskers uit test Particle Penetration nader beoordeeld; 99 versus 86% rendement. Volgorde van lagen is precies andersom; bij 86% zit melt blown als 2<sup>e</sup> van buitenaf gezien, bij 99% zit katoen als 2<sup>e</sup> van buitenaf gezien. Verder verschil te zien en voelen in melt blown laag; bij 86% meer een stans structuur te zien.

Verder duidelijk verschil in vorm van de maskers. Was ook vastgesteld in eerder onderzoek van aantal LOTs.

De neusclip op de maskers op verschillende afstanden van de rand gepositioneerd.

Over het masker lopen per zijde twee rijen gestanste gaatjes. De lengte van deze rijen (en het aantal gaatjes) is verschillend per masker.

\*\*\*\*\*

Van: [redacted] <[redacted]@gmail.com>

Onderwerp: Doorst: STAX

Datum: 19 mei 2020 om 17:58:13 CEST

Aan: [redacted] <[redacted]@mediq.com>, [redacted] <[redacted]@lchulpmiddelen.nl>, [redacted] <[redacted]@umcutrecht.nl>

Kopie: [redacted] <[redacted]@slimstock.com>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@arbode.nl>

Hallo [redacted] en [redacted],

We hebben een op een rijtje gezet in deze mail over LOT 475, 691, 830, 861.

Hierbij de volgende bevindingen over betreffende lot-nummers:

- Lotnr: 475: maskers met verschillende lengten van neusklem in de doos. Zie 1<sup>e</sup> twee foto's, waarbij een korte neusklem en zelfs een masker waar de neusklem voor de helft ontbreekt. Dit kan een matige fit verklaren. Masker snijdt onder de ogen.
- Lotnr: 691: neusklem van het masker op verschillende posities (dichter of verder af van de rand). Tevens diverse exemplaren aangetroffen, waarbij de neusklem volledig scheef in het masker zitten (foto's 3 t/m5). Masker snijdt onder de ogen.
- Lotnr: 830: PFE-test voldoet niet (gem. 88%). Het vergelijken van de laagjes met het masker van lotnr: 691 levert op dat de melt blown laagjes in het masker bij lot 830 dunner zijn (foto 6 en 7); vandaar geen mand 4, maar mand 6. Masker snijdt onder de ogen, neusbeugel is erg hard. Elastiek breekt snel van masker af.
- Lotnr: 861: PFE-test voldoet net. Wel is op de beoordelingsformulieren al aangegeven dat er sprake was van variatie tussen de maskers. Drie van de vijf geteste maskers voldeden niet (92, 93 en 93 procent). Daar stond een masker met 100% tegenover. De fittest voldeed met inzet van de clip. Nadere beoordeling van de dozen leverde op dat ook bij deze maskers de neusklem verschillend was (korte, scheef in masker, boven/onder). Zie foto 8. Masker zit hoog onder ogen, masker schuift bij op en neer kijken.

Conclusie: Mogelijk behoren alle maskers tot een productiebatch. Dan blijkt wel dat er sprake is van te grote variatie binnen de batch. De partij is niet uniform. Dit kan uiteraard tot verschillende testresultaten leiden. Bij nader inzien zou lotnummer 861 beter in mand 4 geplaatst kunnen worden.

Immers op het eindbeoordelingsformulier was al aangegeven dat het masker qua particle penetration gemiddeld genomen voldoet, maar dat er wel sprake was van een opvallende variatie.

Hoor het graag als je er nog vragen over hebt.

Groeten van 5.1.2e

5.1.2e

Is er nog iets gekomen uit onderstaande?

5.1.2e

De in deze e-mail opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is niet toegestaan die informatie verder te verspreiden of te kopiëren en aan derden openbaar te maken. Slimstock aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op grond van de in dit bericht verstuurd informatie. Op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij Slimstock goederen en/of diensten levert, zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn te raadplegen op [www.slimstock.com/nl/algemene-voorwaarden](http://www.slimstock.com/nl/algemene-voorwaarden).

Hoi 5.1.2e

Voor STAX, dit gaat om de zending 0076-04, die uiteenvalt in de lotnummers 830 en 861:

5.1.2e zou je naar deze lotnr's willen kijken: volgens de leverancier is dit 1 productiebatch. In de kwaliteitsbeoordeling komt een deel van de partij op mand 6 en een deel op mand 2. Lijkt een mix van kwaliteiten, waar het tweede lot dat is getrokken beter is dan de eerste.

ORDERNUMMER	SKU	PRODUCT_CATEGORIE	LEVERANCIER	CONTACT_PERSOON	LOT	ONTVANGEN	QUALITY	DATEM_OUA	QUALITY_COMMENTS	MANDE_NUMM
LCH2020-0076-01	999999958	Mondmasker FFP2	STAXS	Iris van Rijn	691	91800	OK			5
LCH2020-0076-02	999999958	Mondmasker FFP2	STAXS	Iris van Rijn	475	201600	OK			5
LCH2020-0076-04	999999958	Mondmasker FFP2	STAXS	Iris van Rijn	830	82800	OK	12-5-2020		6
LCH2020-0076-04A		Mondmasker FFP2	STAXS	Iris van Rijn	861	18000	OK	14-5-2020	- Met clip- Veel variatie tussen maskers	2

Van: 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>

Verzonden: maandag 18 mei 2020 08:28

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Fw: zoals besproken

Hallo 5.1.2e

Ik zou heel graag zien dat we deze partij nog een keer testen, is dat mogelijk?

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e <12@STAXS.EU>

Sent: Friday, 15 May 2020 15:03

To: 5.1.2e @lumc.nl <5.1.2e@lumc.nl>

Cc: 5.1.2e

<[REDACTED]@lchulpmiddelen.nl>; [REDACTED]@radboudumc.nl<[REDACTED]@radboudumc.nl>

**Subject:** RE: zoals besproken

Hallo [REDACTED]

Geniet van je vrije dag. Laten we inderdaad maandag bellen.

Hetgeen je schrijft stelt me voor zeer grote raadsels.

De partij die wij geleverd hebben is 1 productiebatch en heeft allemaal hetzelfde model. Dat model is gelijk aan alle andere maskers die wij tot nu toe geleverd hebben. Hoe het dan kan dat het ene masker uit dezelfde batch een mandje 2 is (en dus heel goed wat betreft filtratie EN pasvorm) en het andere maskers uit dezelfde batch een mandje 6 is (dus slecht wat betreft filtratie EN pasvorm) is op geen enkele manier te snappen.

Als binnen 1 machinaal gemaakte batch jullie het wat betreft pasvorm de ene keer een mandje 2 vinden en de andere keer een mandje 6 en daarbij geen enkele feedback kunnen geven maakt het onmogelijk iets aan te passen.

Tot maandag.

Groeten,

[REDACTED]  
5.1.2e

**STAXS® - WWW.STAXS.EU**

T +31 (0) [REDACTED] 5.1.2e

Following the recommendations of our authorities, as a measure to minimize the risk to get the Corona virus, I am working from home.

I am still reachable by email and phone. To facilitate meetings, I can also setup a virtual meeting. (zoom meeting)



The content of this message is confidential and is intended for the addressee only, it may also be legally privileged. If you are not the addressee of this message, do not read, copy, distribute or use it in any way. Please notify the sender immediately and delete the message totally from your system. E-mail transmission is not infallible and may be intercepted, arrive late and could contain errors and viruses. STAXS cannot accept responsibility for any problems that may result from this e-mail message.

Please consider the environment before printing this mail

**From:** [REDACTED]@lumc.nl <[REDACTED]@lumc.nl>

**Sent:** vrijdag 15 mei 2020 13:16

**To:** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]@STAXS.EU>



Cc: 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl; 5.1.2e @radboudumc.nl

Subject: Re: zoals besproken

Ha 5.1.2e

Kunnen wij maandag bellen?

De laatste zending die deze week in Vianen is ontvangen is opgesplitst, vraag me nog niet waarom. Echter zijn daarvan 80.000 stuks in mand 6 terecht gekomen. Dit betekent dat ook de filtratie niet voldoet aan de norm.

Gemiddelde rendement voor deeltjes  $\geq 0,3\mu\text{m}$  = 88% en goed voor ffp1.

De 18.000 stuks, die op hetzelfde moment is ontvangen, is gekeurd en in mand 2 terecht gekomen. Dat betekent direct uitleveren.

Ook ik sta iedere keer voor een raadsel. Als ik het goed heb begrepen komen een deze dagen nog 2 zendingen in Vianen. Laten we monitoren wat daar de kwaliteit van is.

Klopt dat er nog geen terugkoppeling is over de foamstrip. Ik heb 3 mails gestuurd, helaas geen telefoonnummer van de personen achter het mailadres.

Maandag ben ik in Leusden, wellicht kan ik dan meer informatie achterhalen.

Mvg 5.1.2e

5.1.2e

Op 15 mei 2020 om 11:49 heeft 5.1.2e <5.1.2e@staxs.eu> het volgende geschreven:

Hallo 5.1.2e

Wij hebben geprobeerd iets te begrijpen van hetgeen je gemailld hebt. Helaas kloppen de gegevens niet met hetgeen wij hebben geleverd. Deel van het verschil wordt veroorzaakt doordat jullie de eerste levering die wij aan LUMC geleverd hebben niet meetellen in het overzicht en waar jullie levering 1 tellen, noteren wij dat als 2.

We hebben een overzicht gemaakt van de leveringen en de filtratie die wij daarbij gemeten hebben (voor zover de goederen via ons magazijn zijn gekomen hebben we zelf gemeten, de goederen die we in China geleverd hebben, zijn in China gemeten).

<image005.png>

Op jouw overzicht staat een levering 4A met 18.000 stuks, die kunnen wij niet plaatsen.

Zou je mij dringend willen laten weten met welke zending volgens jullie nu iets aan de hand is? Ik heb in het geheel nog geen testresultaten van jullie gezien. Ik wil voorkomen dat we product hebben dat niet conform is, maar wij kunnen dus geen resultaten vinden die afwijkend zijn.

Daarnaast herinner ik je er nogmaals aan dat ik nog geen antwoord heb op de vraag of jullie de aanpassing met het foam willen of niet. Als we niets vernemen produceren wij door zonder foam.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

**STAXS® - WWW.STAXS.EU**

T +31 (0) 5.1.2e

Following the recommendations of our authorities, as a measure to minimize the risk to get the Corona virus, I am working from home.

I am still reachable by email and phone. To facilitate meetings, I can also setup a virtual meeting.(zoom meeting)

---

The content of this message is confidential and is intended for the addressee only, it may also be legally privileged. If you are not the addressee of this message, do not read, copy, distribute or use it in any way. Please notify the sender immediately and delete the message totally from your system. E-mail transmission is not infallible and may be intercepted, arrive late and could contain errors and viruses. STAXS cannot accept responsibility for any problems that may result from this e-mail message.

Please consider the environment before printing this mail

**From:** 5.1.2e @lumc.nl <5.1.2e @lumc.nl>

**Sent:** donderdag 14 mei 2020 14:38

**To:** 5.1.2e <12@STAXS.EU>

**Subject:** zoals besproken

5.1.2e

Hoe het er naar uit ziet betreft het de zending die op 22 april in het warehouse in Shanghai staat, met de vlucht op 10 mei is ontvangen. Deze is vervolgens op 12 en 13 mei getest.

Dit is in totaal de derde zending ontvangen door LCH.

Groet 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e













