



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier - Overige Medische Hulpmiddelen

Datum	13-7-20
Lotnummer	100.045
Leverancier	
Productnaam of naam fabrikant	Parcura spatbril
Productiedatum	
Soort hulpmiddel	Beschermingsbril

(indien van toepassing)	
Naam test	nvt
Uitslag test	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM		+/-	
Oordeel AH/TOXI		+/-	

Algemene bevindingen:

1 houder met 2 schermen (je moet dus desinfecteren en wisselen). Folie is moeilijk van het scherm af te krijgen.

Eindbeoordeling

Artikelnummer VWS	Quality Check:
966	<input checked="" type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afkeur
Algemene bevindingen:	

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020