

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier – KN95 maskers (LOT-nummers)

| | |
|--|------------------------------|
| Datum | 14-8-20 |
| Lotnummer | 100.099 |
| Leverancier/LCH-nummer | LCH-2020-0151 |
| Productnaam of naam fabrikant | Powecom KN95 Protective Mask |
| Productiedatum | 15-5-20 |
| Type mondmasker (volgens de fabrikant) | KN95 |

| Q1 Particle Penetration 0,3 | Percentage | Filterkwaliteit P1/P2/P3 |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| Masker 1 | 99 | P2 |
| Masker 2 | 99 | P2 |
| Masker 3 | 99 | P2 |

| Q2 Fittest | Zonder clip | Met clip |
|--|-------------|----------|
| Testpersoon 1 | 95 | 25 |
| Testpersoon 2 | 4 | 97 |
| Testpersoon 3 | 6 | 101 |
| <input checked="" type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/> PASS | | |

| Q3 en Q4 | + | +/- | - |
|-----------------|---|-----|---|
| Oordeel RIVM | | | - |
| Oordeel AH/TOXI | | | - |

| Artikelnummer VWS | Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4) |
|---|--|
| 971 (KN95) | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur |
| Algemene bevindingen: Afkeur op fit De aangeleverde documentatie bestaat uit een drietal samenvattende rapporten over de Powecom maskers, waarvan er slechts twee overeen komen met de geleverde maskers. De rapportages zijn te summier om een goede indruk te kunnen krijgen. Het lijken vooral testen gedaan voor lot-controle. Conclusie is dat de documentatie onvoldoende is. | |

Samenvatting Q1 en Q2 voor KN95 maskers

| Logistiek | Aankruisen | Clip (Ja/Nee) | Specs. | |
|-----------|------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | PFE | FIT |
| Mand 1 | | | >94% | >100 |
| Mand 2 | | | >94% | 33<FIT<100 |
| Mand 3 | | | 80%<PFE<94% | >100 |
| Mand 4 | | | 80%<PFE<94% | 33<FIT<100 |
| Mand 5 | X | Ja | >94% | <33 |
| Mand 6 | | | 80%<PFE<94% | <33 |
| Mand 7 | | | < 80% | Ongeacht fit |

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 14-07-2020