



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier mondneusmaskers - Chirurgisch masker R

Lotnummer	300.118
Leverancier/LCH nummer	
Aantal	
Productnaam of naam fabrikant	Weihai Shengjie Medical Technology Co., Ltd
Type mondneusmasker (volgens de fabrikant)	Chirurgisch masker type 2R

AH/RIVM	Spattest (R)
Datum: 02-09-2020	Datum: 26-08-2020
<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold <input checked="" type="checkbox"/> Spattest	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail
Uitleg indien On Hold:	

	+	+/-	-
Oordeel AH/TOXI (Q3)			-
Oordeel RIVM (Q4)			-
Algemene bevindingen:			

Eindbeoordeling

Datum:

Artikelnummer VWS*	Quality Check:
Earloops <input checked="" type="checkbox"/> Lint <input type="checkbox"/> * aangezien geen BFE testen zijn uitgevoerd kan geen uitspraak gedaan worden over type II	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
<p>Algemene bevindingen: Metaal van neusstuk prikt bij enkele maskers door de stof heen bij opzetten. Lengte ~0,5 cm korter dan op de doos en certificaat vermeld (17,5 cm). Op doos vermeld Model C (voorkant) en WKZ-P2 (zijkant). Dit is verwarrend.</p> <p>Uit documentatie onderzoek blijkt dat het testrapport niet herleidbaar is naar het product. Tevens opgemerkt dat typeaanduiding verwarrend is.</p>	

Disclaimer:

Van de medisch mondneusmaskers IIR wordt alleen de 'R' getest met behulp van de normale spatstest. Op basis van deze testresultaten kan alleen een uitspraak worden gedaan over de spattestendigheid van de maskers. Er kan geen uitspraak worden gedaan over de efficiëntie van de filtratie van het masker, m.a.w. of het een type I of II is. Of het een type I of II is wordt weergegeven als het percentage bacteriën dat wordt tegengehouden door het masker. Dit wordt getest met de BFE test. Deze test is beschikbaar in Nederland en kan in opdracht worden uitgevoerd. Deze rapportage bevat een onafhankelijk beoordeling van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Resultaten geven slechts een gedeeltelijke weergave van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie 3: 4-08-2020