



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier Isolatiejassen & Schorten

Lotnummer	300.276
Aantal	
Productnaam/Naam fabrikant	SMS Isolation Gown
Leverancier/LCH nummer	Crown Name Disposable Hygiene Products FTY.LTD.

Waterkolomtest
<input type="checkbox"/> Pass <input checked="" type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> Niet van toepassing

Druppeltest
<input type="checkbox"/> Pass <input checked="" type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> Niet van toepassing

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Eindbeoordeling

Datum	10-09-2020
Artikelnummer VWS	Quality Check:
<input type="checkbox"/> 810 (Maat S) <input type="checkbox"/> 811 (Maat M) <input type="checkbox"/> 812 (Maat L) <input type="checkbox"/> 813 (Maat XL) <input type="checkbox"/> 814 (Maat XXL) <input type="checkbox"/> 940 (Haltershorten) <input type="checkbox"/> 941 (Haltershorten lange mouw)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
Algemene bevindingen: fail op druppel- en waterkolom-test. Geen norm op verpakking, geen documentatie aangeleverd.	

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie 2: 28-07-2020