



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Beoordelingsformulier - Waterkolom

| | |
|--------------|-------------|
| Datum | 31-7-2020 |
| LOT-nummer | B0046 |
| Productsoort | Isolatiejas |

Indicatieve druppel test jas

PASS

FAIL

Waterkolomtest

Er worden twee jassen getest, deze worden elk in drie stroken geknipt en gemeten.

| Meting | Resultaat > 18 cmH ₂ O |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | PASS |
| 2 | PASS |
| 3 | PASS |
| 4 | PASS |
| 5 | PASS |
| 6 | PASS |
| Gemiddelde | |
| Standaarddeviatie | |

Uitslag waterkolomtest

PASS

FAIL

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. V3 28-07-2020