

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier – FFP1, FFP2 en FFP3 maskers (LOT-nummers)

Datum	24-08-2020
Aantal	
Lotnummer	X1000
Leverancier/LCH-nummer	Nedshield
Productnaam of naam fabrikant	JedX FFP2
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Filterkwaliteit P1/P2/P3
Masker 1	100	P3
Masker 2	100	P3
Masker 3	100	P3

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	<10	17
Testpersoon 2	21	Clip op strakst, masker verschuift nog steeds
Testpersoon 3	Elastieken breken	Elastieken breken
	<input checked="" type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/> PASS	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)
<input type="checkbox"/> 957 (FFP1)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd
<input checked="" type="checkbox"/> 958 (FFP2)	<input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
<input type="checkbox"/> 972 (FFP3)	

Algemene bevindingen: pass op PFE, fail op fittest, elastieken breken bij meerdere testpersonen. De aangeleverde documentatie betreft metingen die zijn uitgevoerd. Omdat of niet is gespecificeerd hoe de metingen zijn uitgevoerd of de meetmethode afwijkt van hetgeen in de norm staat, kan op basis van deze metingen niet worden vastgesteld dat de maskers aan de norm EN 149 voldoen. Belangrijke delen van de NEN EN 149 zijn niet in de test van MNA opgenomen. Daarnaast is ook niet vastgelegd welke maskers zijn getest, waardoor deze niet te herleiden zijn naar de maskers in kwestie


Samenvatting Q1 en Q2 alleen voor FFP1 en FFP2 maskers

Logistiek	Aankruisen	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
			PFE	FIT
Mand 1			>94%	>100
Mand 2			>94%	50<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<94%	>100
Mand 4			80%<PFE<94%	50<FIT<100
Mand 5	x	nee	>94%	<50
Mand 6			80%<PFE<94%	<50
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit

Samenvatting Q1 en Q2 alleen voor FFP3 maskers

Logistiek	Aankruisen	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
			PFE	FIT

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 14-07-2020



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Wetenschap en Sport

Mand 1			>99%	>100
Mand 2			>99%	50<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<99%	>100
Mand 4			80%<PFE<99%	50<FIT<100
Mand 5			>99%	<50
Mand 6			80%<PFE<99%	<50
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 14-07-2020