

Overzicht CAS BES

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden						
	Curacao	Aruba	Sint Maarten	Bonaire	Sint Eustatius	SABA
Koelkast/cel	6 stuks	19 stuks	6 stuks	4 stuks		1 stuks
niet in gebruik			2 stuks			
Nog niet in gebruik (nieuw)	3 stuks	8 stuks				
In gebruik? Ja	3 stuks	11 stuks	4 stuks	4 stuks		1 stuks
Leeftijd / Aanschafdatum	1x mei-18 / 1x ouder dan 2014 / 1x onbekend en 3x okt-20	5x ouder dan 6 jaar / 12x 2020 / 1x 2017 / 1x onbekend	3x dec-19 / 1x jan-20 / 2x mrt-18	1x jun-16 / 1x apr-20 / 2x nov-17		1x 2016
Stroomvoorziening (Volt)	220-240V	110 en 220	110 en 220	220		
Koelkast afsluitbaar? Ja	3 stuks	9 stuks	4 stuks	4 stuks		1 stuks
Koelkast afsluitbaar? Nee	2 stuks		2 stuks			
Koelkast afsluitbaar? Onbekend	1 stuks	10 stuks				
Gevalideerd- Ja		8 stuks	3 stuks	4 stuks		1 stuks
Gevalideerd Niet	6 stuks	11 stuks	1 stuks			
Laatste validatiedatum			okt-20			mei-19
Hoeveel locaties	2 locaties	4 locaties	2 locaties	1 locatie		1 locatie
Opmerkingen RIVM	check op spec kk	check op spec kk	check op spec kk			
	check op ruimte voor covid vaccin	check op ruimte voor covid vaccin	check op ruimte voor covid vaccin	check op ruimte voor covid vaccin	check op ruimte voor covid vaccin	check op ruimte voor covid vaccin
	kk moeten gevalideerd worden	check op validatie kk, WHO?	check op validatie kk, pharmacy		validatie nu afgerond?	
			kk YHC moet gevalideerd worden			
Vriezer/vriescel (-20 °C)	2 stuks	1 stuks	Geen	Geen		Geen
Stroomvoorziening (Volt)	220-240V	115V/60Hz				
Afsluitbaar?	2x nee	nee				
Leeftijd / Aanschafdatum	2008 en 2017	> 10 jaar				
Gevalideerd?	nee	nee				
Laatste validatiedatum						
In gebruik?	ja	ja				
Vriezer alleen voor koellementen	ja					
Opmerkingen	check op spec vk	check op spec vk, te oud en te klein				
Ultralow vriezer/vriescel (-80 °C)	Geen	Geen	Geen	Geen		Geen
Stroomvoorziening (Volt)						
Afsluitbaar?						
Leeftijd / Aanschafdatum						
Gevalideerd?						
Laatste validatiedatum						

Overzicht CAS BES

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden						
	Curacao	Aruba	Sint Maarten	Bonaire	Sint Eustatius	SABA
In gebruik?						
Koelboxen	2 stuks	5 stuks	1 stuks	2 stuks	1 stuks	2 stuks
In gebruik	ja	nee	ja	ja	ja	ja
Actieve / passieve koeling	2x passief	5x passief	passief	actief	actief	actief
Koelcapaciteit (temperatuur °C)	+2 en +8	+2 tot +8 C	+2 tot +8 C			
aanschafjaar koelbox 1	1998	eind 2020	2016	2015	2015	2015
aanschafjaar koelbox 2	2009	eind 2020		2015		2015
aanschafjaar koelbox 3		eind 2020				
aanschafjaar koelbox 4		eind 2020				
aanschafjaar koelbox 5		eind 2020				
opmerkingen	actief nodig en te oud	actief nodig	actief nodig			
Loggers						
Loggers type 1 aantal	12 zijn besteld maar door Pandemie is vertraging opgelopen	geen	3 stuks	14 stuks		4 stuks
Gekalibreerd?	nee		ja	ja		ja
Laatste kalibratiedatum?			21-4-2021	jul-20		sep-20
Temperatuurrange (°C)	range van -35 tot +70			2-8 graden celsius ingesteld		min30 tot plus70
opmerkingen	lifetime van 2 jaren					
Loggers type 2 aantal	3					
Gekalibreerd?	ja					
Laatste kalibratiedatum?	2019					
Temperatuurrange (°C)	tussen -40 en +120					
Worden alleen door Wit Gele Kruis gebruikt. Temp report via mail of iMonnit app op mobiel						
opmerkingen	Komen 12 loggers nog binnen?	nodig bij gebruik pasieve koelbox	oke	oke	oke	oke
Generatoren	2 stuks	2 stuks	2 stuks	1 stuks		
Verplaatsbaar?	Nee	Ja	Nee			Ja
Verplaatsbaar?	Nee	Nee	Nee			Nee
In gebruik?	Ja	Ja	Ja			Ja
nog niet In gebruik?		Nee	Ja			Nee
opmerkingen	oke	oke	oke	oke	oke	oke

CURACAO

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden								
Koelkast/cel	1	2	3	4	5	6	ja	
							nee	
Merk	Kronus	Beverage Air	?? Informatie wordt later opgestuurd	Vestfrost	Vestfrost	Vestfrost		
Type	EM14BK	E-Series		VLS504A AC	VLS504A AC	VLS404A AC	actief	
Inhoud (liters)	1200 ltr	1200		242 ltrs	242 ltrs	140 ltrs	passief	
Stroomvoorziening (Volt)	220-240V	220-240V		220-240V	220-240V	220-240V		
Afsluitbaar?	Nee	Nee		ja	ja	ja		
Leeftijd / Aanschafdatum	mei-18	Ouder dan 14 jaar Voor		23-okt-20	23-okt-20	23-okt-20	12	
Gevalideerd?	Nee	Nee					110	
Laatste validatiedatum							220	
	ja	ja	ja	nee	nee	nee	400 (krachtstroom)	
In gebruik?								
Locatie (waar de koelkast/cel staat)								
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)	JGZ Hoofdgebouw	JGZ Hoofdgebouw	GGD	GGD	GGD	GGD		
Airconditioning aanwezig?	ja	ja	ja	ja	ja	ja		
Afsluitbaar?	ja	ja	ja	ja	ja	ja		
Adres	Kaya Charles Maduro z/n	Kaya Charles Maduro z/n	Piscaderaweg 49	Piscaderaweg 49	Piscaderaweg 49	Piscaderaweg 49		
Opmerkingen RIVM	check op ruimte voor covid vaccin							7dec2020 Florella
	Validatie protocol toesturen, check op uitvoerder validatie, check op validatie							
	Niet gebruiken, horeca kk		Vraag naar info	bruikbaar, speciaal voor laboratoria				
				kk moet gevalideerd worden				
Vriezer/vriescel (-20 °C)	1	2	3	4	5	6		
Merk	Frigidaire	Ignis						
Type	U19F	J-130						
Inhoud (liters)	19 cube	95 ltr						
Stroomvoorziening (Volt)	220-240V	220-240V						
Afsluitbaar?	Nee	Nee						
Leeftijd / Aanschafdatum	2017	2008						
Gevalideerd?	Nee	Nee						
Laatste validatiedatum								
In gebruik?	ja	ja						
Vriezer alleen voor koellementen	ja	ja						

CURACAO

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden						
Locatie (waar de koelkast/cel staat)						
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)	JGZ Hoofdgebouw	GGD				
Airconditioning aanwezig?	ja	ja				
Afsluitbaar?	ja	ja				
Adres	Kaya Charles Maduro z/n	Piscaderaweg 49				
Opmerkingen RIVM						
Ultralow vriezer/vriescel (-80 °C)	1	2	3	4	5	6
Merk	Curacao heeft geen					
Type	Ultralow vriezer(s) voor					
Inhoud (liters)	vaccins					
Stroomvoorziening (Volt)						
Afsluitbaar?						
Leeftijd / Aanschafdatum						
Gevalideerd?						
Laatste validatiedatum						
In gebruik?						
Locatie (waar de koelkast/cel staat)						
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)						
Airconditioning aanwezig?						
Afsluitbaar?						
Adres						
Koelboxen	1	2	3	4	5	6
Merk	Thermos	GioStyle				
Type	Model 3504	Hetzelfde als E004/032 uit 2011				
Inhoud (liters)	4	2,6				
Actieve / passieve koeling	passief	passief				
Stroomvoorziening (Volt)						
Koelcapaciteit (temperatuur °C)	tussen +2 en +8	tussen +2 en +8				
Leeftijd / Aanschafdatum	tussen 1998 en 2000	2009-2010				
In gebruik?	ja	ja				

CURACAO

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden								
Opmerkingen RIVM								

CURACAO

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden						
Loggers (vul 1 kolom in per type)		1e soort		2e soort		
Merk	800011 LIBERO TI1- L	Merk	Alta temperature sensor			
Type	PDF Logger with Internal NTC Probe (USB)	Type	wireless with probe (MNS2-9-W1-TS-ST)			
Aantal	12 zijn besteld maar door Pandemie is vertraging	Aantal	3			
Gekalibreerd?		Gekalibreerd?	ja			
Laatste kalibratiedatum?		Laatste kalibratiedatum?	2019			
Temperatuurrange (°C)	range van -35 tot +70	Temperatuurrange (°C)	tussen -40 en +120			
	Hebben Lifetime van 2 jaren		Worden alleen door Wit Gele Kruis gebruikt. Temp report via mail of iMonnit app op mobiel			
opmerkingen	Komen 12 loggers nog binnen?					
Opmerkingen RIVM			check op spec			
Generatoren	1	2	3	4	5	6
Merk	Olympian	SDMO				
Type	GEP 110 - 4	J-30				
Locatie	K. C. Maduro z/n	Piscaderaweg 49				
Verplaatsbaar?	Nee	Nee				
In gebruik?	ja	ja				
Documentatie						
Beschrijf het kwaliteitssysteem voor vaccinbeheer en vaccinaties	Voor veldwerkers: Richtlijnen vaccinatie voor de Jeugd van Curacao uit 2017. Moet gereviseerd worden in 2020/2021. Kwaliteits handboek moet ontwikkeld worden voor vaccinbeheer. Op dit moment verschillende losse formulieren					
Beschrijf of en hoe temperatuurregistratie wordt uitgevoerd van koel/vries-kasten/cellen	Temperatuursensor in alle 3 vaccinkoelkasten(koelkasten 1, 2 en 3) en via de app iMonnit (mobiel)gecontroleerd en geregistreerd.Alarm komt via mail binnen. Op dit moment dus 3 sensoren in gebruik die in 2019 gevalideerd zijn. Wekelijks via mail overzicht van de temperatuur van elke koelkast (Daarnaast wordt 2x per dag gedurende werkuren en in de weekenden de temp gecontroleerd en geregistreerd)					
Beschrijf hoe lokaal transport met vaccins wordt uitgevoerd	1. Transport vanuit vliegveld naar Piscaderaweg(Grote voorraad): Vaccins komen meestal in de namiddag aan op Curacao en worden in de koelruimte van Swissport opgeslagen. Swissport levert vaccin af de volgende dag in de ochtenduren vóór 10 uur. 2. Om de 4-6 weken transport van Piscaderaweg naar Kaya Charles Maduro door 1 persoon ter aanvulling van kleinere voorraad voor gebruik in veld 3. Dagelijks transport van Kaya Charles Maduro in vaccinkoelboxen door de medewerkers naar de verschillende consultatiebureaus/ scholen voor gebruik en vice versa.					

CURACAO

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden			
Beschrijf of en hoe temperatuurregistratie wordt uitgevoerd bij lokaal transport	1. transport vliegveld naar Piscaderaweg: bij aankomst en uitpakken wordt de aanwezige logger gecontroleerd. 2. Transport Piscaderaweg naar Kaya Charles Maduro: in een grote jug met templogger. 3. transport naar verschillende werkplekken: bij aankomst wordt de USB logger gecontroleerd.		
Beschrijf of en hoe voorraadbeheer van vaccins op batchniveau wordt uitgevoerd en vastgelegd	1. Bij aankomst vaccin vanuit buitenland worden batchnrs ingevoerd in excelfile waarin voorraad wordt bijgehouden.2. Bij vervoer van vaccin van grote voorraad naar Kaya Charles Maduro wordt batchnrs ook geregistreerd inclusief aantal. 3. Bij klaarzetten voor gebruik worden batchnrs en aantal geregistreerd per cb en per school.4. na het vaccineren op werkplek wordt per kind batchnr geregistreerd in electronisch dossier van elk kind (aanklikken van het desbetreffend batchnr dat van te voren al is ingevoerd in het electronisch dossier)		
Overige opmerkingen 1	Koelkasten 1 en 2 zijn beverage koelkasten die aan vervanging toe zijn. Vandaar dat koelkasten 3,4 en 5 zijn aangeschaft en ze moeten nog aangesloten worden. Loggers in kolom 1ste soort zijn verlopen en nieuwe (zelfde type) waren al in bestelling maar door Pandemie is vertraging opgelopen. Momenteel niet in gebruik. Loggers in kolom 2de soort worden door Stichting Wit Gele Kruis gebruikt		
Overige opmerkingen 2:Onderhoud generatoren	Olympian - Servicecontract met MRC - Motoren Revision company voor maandelijkse inspectie en servicebeurten . SDMO - Servicecontract met Dynaf - Motoren Revision company voor maandelijkse inspectie en servicebeurten		

CURACAO

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden			
Registratie vaccinaties en communicatie (de onderstaande vragen gaan over de huidige vaccinatiecampagnes)			
Beschrijf de vaccinatieregistratie (wie, wat, waar, wanneer)	1. Registratie bij uitvoer reguliere zorg 0-18 jarigenzorg: via electronisch dossier wordt in dossier van elk kind de datum van vaccinatie, de uitvoerende medewerker, de gegeven vaccinaties, de gebruikte batchnrs meteen geregistreerd. Bij vaccinatie campagne voor deze doelgroep zijn bovengenoemde informatie achteraf geregistreerd. 2. Campagne bij volwassenen is per instantie uitgevoerd en ook geregistreerd in een excelfile: naam instantie, vaccinatiedatum, naam volwassene, geboortedatum volwassene, gegeven vaccin, batchnr per instantie gebruikt en geregistreerd.		
Beschrijf hoe mensen worden uitgenodigd voor een vaccinatie	Reguliere zorg 1. 0-4 jarigen reguliere zorg: afspraak gemaakt bij het vorig consult, via telefoon waarbij whatsapp wordt gebruikt ter ondersteuning 2. 4-12 jarigenzorg: via brief aan de ouders waarbij ze ook toestemming moeten geven voor vaccinatie op school. Vaccineren wordt zonder ouders tijdens ochtendschooluren uitgevoerd. 3. 12 -18 jarigen: ouders/JGZ bellen op voor afspraak op prikmiddag in hoofdgebouw. Tot nu toe geen vaccinaties uitgevoerd op middelbare scholen. Campagnes 1. 0-18 jarigen: via media (radio, televisie, facebook page Overheid) was campagne aangekondigd. 2. Volwassenen: desbetreffende instantie werd benaderd met brief naar de medewerkers van de instantie en zonodig algemene bijeenkomst. Daarnaast via media algemene informatie gegeven.		
Beschrijf de communicatie naar publiek en professionals omtrent vaccinatiecampagnes (wie, wat, waar, wanneer)	Wie: zo nodig door Minister GMN, Hoofd JGZ, Hoofd GGD, Sector directeur Gezondheid. Medewerkers JGZ, Epidemiologie en Infectieziekten. Wat: algemene informatie over reden, doelstelling, doelgroep. Waar : radio, televisie, facebook, Instagram, Twitter, Krant, pamfletten. Wanneer: 1 a 2 weken vóór uitvoer campagne. NB: informatie voor huisartsen, kinderartsen via officiële brief of bijeenkomst		
Overige opmerkingen			

ARUBA

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden																				
Koelkast/cel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			ja nee
Merk	True T-49-HC	True T-49-HC	True T-49-HC	True T-49-HC	STAHl MBF8507	True T-49-HC	True T-49-HC	True T-49-HC	True T-49-HC	GODREJ GVR225AC	GODREJ GVR225AC	GODREJ GVR225AC	GODREJ GVR225AC	GODREJ GVR225AC	GODREJ GVR225AC	GODREJ GVR51AC Lite	GODREJ GVR51AC Lite	True TRUE T-23 of soortgelijk	volgt volgt	TOTAAL
Type	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	225	225	225	225	225	225	51,5	51,5	652	ongeveer 100	actief
Inhoud (liters)	110/60Hz	110/60Hz	110/60Hz	110/60Hz	110/60Hz	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220			
Stroomvoorziening (Volt)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja			
Afsluitbaar?	>6 jaar oud	>6 jaar oud	>6 jaar oud	>6 jaar oud	>6 jaar oud	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2017 of 2018		
Leeftijd / Aanschafdatum	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee	12
Gevalideerd?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja	ja	110/60Hz 220
Laatste validatiedatum	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja	ja	400 (krachtstr oom)
In gebruik?																				
Locatie (waar de koelkast/cel staat)																				
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)	DVG	DVG	DVG	DVG	DVG	DVG	DVG	DVG	DVG	DVG	DVG	DVG	DVG	WGK	WGK	DBZ	JGZ	WGK	DBZ	
Airconditioning aanwezig?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
Afsluitbaar?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja			
Centrale Vaccinopla g DVG te Dr Oduberstra at - Oranjestad																				
Adres																				
Opmerkingen RIVM	Beschikbaar voor Covid																			
	Validatie protocol toesturen, check op uitvoerder validatie, check op validatie																			
	Niet gebruiken, horeca kk										bruikbaar, speciaal voor vaccins kk moet gevalideerd worden							niet bruikbaar, horeca kk	vraag naar info	20nov2020 Judelca gemald. Vraag naar beschikba re ruimte en mogelijkh eden valideren
																				8dec2020 nogmaals gemald, reminder mail 20nov2020

ARUBA

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ARUBA

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden									
Merk	?								
Type	ES 16								
Inhoud (liters)	133								
Stroomvoorziening (Volt)	115V/60Hz								
Afsluitbaar?	Nee								
Leefijd / Aanschafdatum	> 10 jaar								
Gevalideerd?	nee								
Laatste validatiedatum	onbekend								
In gebruik?	ja*								
Locatie (waar de koelkast/cel staat)									
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)	DVG								
Airconditioning aanwezig?	ja								
Afsluitbaar?	ja								
Adres									
Opmerkingen RIVM									
Ultralow vriezer/vriescel (-80 °C)									
	1	2	3	4	5	6			
Merk									
Type									
Inhoud (liters)									
Stroomvoorziening (Volt)									
Afsluitbaar?									
Leefijd / Aanschafdatum									
Gevalideerd?									
Laatste validatiedatum									
In gebruik?									
Locatie (waar de koelkast/cel staat)									
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)									
Airconditioning aanwezig?									
Afsluitbaar?									
Adres									
Koelboxen	1	2	3	4	5	6			
Merk	Nomad 16	Nomad 5	Nomad 18	Nomad 2	Nomad 3				
Type	stuks	stuks	stuks	stuks	stuks				
Inhoud (liters)	SB1215T	MD8L-5	MD18L-5	MD2038	MD3268				
Actieve / passieve koeling	8,1	8	18	20	59				
Stroomvoorziening (Volt)	passief	passief	passief	passief	passief				
Koelcapaciteit (temperatuur °C)	+2 tot +8 C	+2 tot +8 C	+2 tot +8 C	+2 tot +8 C	+2 tot +8 C				
Leefijd / Aanschafdatum	eind 2020	eind 2020	eind 2020	eind 2020	eind 2020				
In gebruik?	nee	nee	nee	nee	nee				
Opmerkingen RIVM									
Loggers (vul 1 kolom in per type)									
	1e soort				2e soort				
Merk					Merk				
Type					Type				
Aantal					Aantal				
Gekalibreerd?					Gekalibreerd?				
Laatste kalibratiedatum?					Laatste kalibratiedatum?				

ARUBA

[illegible]

Pagina 13 van 32

SINT-MAARTEN

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden								
Koelkast/cel	1	2	3	4	5	6		
Merk	Liebherr Mediline	Liebherr Mediline	Liebherr Mediline	Thermo Fisher scientific	Thermo Fisher scientific	Thermo Fisher scientific		
Type	261864	261864	261864	TSX Series 2305PA17	TSX Series	TSX Series		
Inhoud (liters)	361L	361L	361L		5.5 cu.ft / 156 L	5.5 cu.ft / 156 L		
Stroomvoorziening (Volt)	220	220	220	110	110	110		
Afsluitbaar?	ja	ja	ja	ja				
Leeftijd / Aanschafdatum	dec-19	dec-19	dec-19	jan-20	mrt-18	mrt-18		
Gevalideerd?	ja	ja	ja	nee				
Laatste validatiedatum	okt-20	okt-20	okt-20					
In gebruik?	ja	ja	ja	ja	nee	nee		
Locatie (waar de koelkast/cel staat)	warehouse	warehouse	warehouse					
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)	Dutch Quarter Pharmacy	Dutch Quarter Pharmacy	Dutch Quarter Pharmacy	YHC/CPS	YHC/CPS	YHC/CPS		
Airconditioning aanwezig?	ja	ja	ja	ja	ja	ja		
Afsluitbaar?	ja	ja	ja	ja	ja	ja		
Adres	A.T. Illidge Road 70	A.T. Illidge Road 70	A.T. Illidge Road 70	Vineyard Building, W.G. Buncamper Rd #33, Philipsburg				

SINT-MAARTEN

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden								
Opmerkingen RIVM	check op ruimte							20nov202
	Validatie protocol toesturen, check op uitvoerder validatie, check op validatie							27nov202 0 validatie gegevens 1-2-3 ontvangn e maar onbekend of deze gebruikt gaan worden
								8dec2020 Katja gemaild vraag naar gebruik welke koelkaste n
	bruikbaar, medicijnen kk		bruikbaar	bruikbaar	bruikbaar			
	Validatie gegevens opvragen							kk moet gevalideerd worden

SINT-MAARTEN

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden								
Vriezer/vriescel (-20 °C)	1	2	3	4	5	6		
Merk								
Type								
Inhoud (liters)								
Stroomvoorziening (Volt)								
Afsluitbaar?								
Leeftijd / Aanschafdatum								
Gevalideerd?								
Laatste validatiedatum								
In gebruik?								
Locatie (waar de koelkast/cel staat)								
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)								
Airconditioning aanwezig?								
Afsluitbaar?								
Adres								
Ultralow vriezer/vriescel (-80 °C)	1	2	3	4	5	6		
Merk								
Type								
Inhoud (liters)								
Stroomvoorziening (Volt)								
Afsluitbaar?								
Leeftijd / Aanschafdatum								
Gevalideerd?								
Laatste validatiedatum								
In gebruik?								
Locatie (waar de koelkast/cel staat)								
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)								
Airconditioning aanwezig?								
Afsluitbaar?								
Adres								

SINT-MAARTEN

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden								
Koelboxen		1	2	3	4	5	6	
Merk	Colombo Smart Plastic S.p.A							
Type	Gio'Style Vaccine Carrier							
Inhoud (liters)								
Actieve / passieve koeling	passief							
Stroomvoorziening (Volt)								
Koelcapaciteit (temperatuur °C)	+2 tot +8 C							
Leeftijd / Aanschafdatum	2016							
In gebruik?	ja							
Opmerkingen RIVM								
Loggers (vul 1 kolom in per type)		1e soort			2e soort			
Merk	2DI	Merk						
Type	TV2-S1-261850502	Type						
Aantal	3	Aantal						
Gekalibreerd?	ja	Gekalibreerd?						
Laatste kalibratiedatum?	21/04/2021	Laatste kalibratiedatum?						
Temperatuurrange (°C)	2-8 graden	Temperatuurrange (°C)						
Opmerkingen RIVM								

SINT-MAARTEN

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden								
Generatoren	1	2	3	4	5	6		
Merk	Teksan generator		SDMO Generator					
Type	model TJ22IS, serial 9030449		V450U					
Locatie	Dutch Quarter Pharmacy		YHC/CPS Between Building 2 and Vineyard Office					
Verplaatsbaar?	nee		nee					
In gebruik?	ja		ja					
Documentatie								
Beschrijf het kwaliteitssysteem voor vaccinbeheer en vaccinaties								
Beschrijf of en hoe temperatuurregistratie wordt uitgevoerd van koel/vries-kasten/cellen	Elk van de 3 vaccinkoelkasten heeft een ingebouwde temperatuursensor. Deze toont permanent de gemeten temperatuur aan op elke koelkast. In geval van een temperatuur <2 of >8 graden Celcius, is een visueel en een auditief alarm van kracht. Hetzelfde geldt als de koelkastdeur langer dan 1 minuut open staat. Daarnaast hebben wij een extern monitorsysteem (gecalibreerde sensor) aangesloten op elke koelkast. Deze meet ook permanent de temperatuur op. In geval van een temperatuur <2 of >8 graden celcius is een visueel en een auditief alarm van kracht. Ook wordt de apotheker meteen per email op de hoogte gebracht. 2) YHC/CPS: There is a build-in thermometer in the koelkast with a visual display of the temperature at the front of the koelkast. This is logged 2x a day on the temperature list by a designated staff							

SINT-MAARTEN

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden								
Beschrijf hoe lokaal transport met vaccins wordt uitgevoerd	2) YHC/CPS: By local transport from the Pharmacy to YHC/CPS, or from YHC/CPS to School the vaccines are transported in Vaccine Carrier with 0,4 litre ice/cool packs							
Beschrijf of en hoe temperatuurregistratie wordt uitgevoerd bij lokaal transport	bij lokaal transport van de luchthaven, wordt er een logger in de verpakking mee geleverd 2) YHC/CPS: By local transport from the Pharmacy to Youth Health Care the temperature is regulated with the 0,4 litre ice/cool packs The distance is never longer than 15-20 minutes.							
Beschrijf of en hoe voorraadbeheer van vaccins op batchniveau wordt uitgevoerd en vastgelegd	YHC/CPS purchases vaccines via the PAHO Revolving Fund and. Anually PAHO-173 form is completed for the purchasing of the vaccines. Before the form is completed the Pharmacy sends an inventory list of the vaccines in stock. In addition the DT-IPV vaccine is ordered from the Netherlands via the Pharmacy.							
Overige opmerkingen	Most of the vaccines are stored at the Pharmacy and a minimum supply (1 month) is stored at YHC/CPS							

SINT-MAARTEN

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden								
Registratie vaccinaties en communicatie (de onderstaande vragen gaan over de huidige vaccinatiecampagnes)								
Beschrijf de vaccinatieregistratie (wie, wat, waar, wanneer)	The 0 -4 year olds are regisered in excell by the administrative worker daily and at the end of each month sent to the Section head. The EPI program for the school going children crashed. A new one was developed and some logistics need to be inplace so that we can resume digital resistration of this age group. However all vaccines that are given to the school going children are being registered manually and awaiting EPI program.							
Beschrijf hoe mensen worden uitgenodigd voor een vaccinatie	Via consent letters that are sent to the schools, via telephone and at consultation at the clinic.							
Beschrijf de communicatie naar publiek en professionals omtrent vaccinatiecampagnes (wie, wat, waar, wanneer)	Via consent letters that are sent to the schools, via telephone and at consultation at the clinic. Via the media, ie radio programs, press releases, newspaper articles							
Overige opmerkingen								

BONAIRE

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden							
							ja
Koelkast/cel	1	2	3	4	5	6	nee
Merk	Kirsch	Kirsch	Kirsch	Kirsch			actief
Type	MED 468	MED 468	MED 100	MED 468			
Inhoud (liters)	460	460	95	460			passief
Stroomvoorziening (Volt)	220	220	220	220			
Afsluitbaar?	ja	ja	ja	ja			
Leeftijd / Aanschafdatum	jun-16	nov-17	nov-17	apr-20			12
Gevalideerd?	ja	ja	ja	ja			110
Laatste validatiedatum	jan-17	apr-19	geen	geen			220
	ja	ja	ja	nee			400 (krachtstr oom)
In gebruik?							
Locatie (waar de koelkast/cel staat)							
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)	Fundashon Mariadal						
Airconditioning aanwezig?	ja						
Afsluitbaar?	ja						
Adres	Kaya Soer bartola 1						
Vriezer/vriescel (-20 °C)	1	2	3	4	5	6	
Merk	geen						
Type							
Inhoud (liters)							
Stroomvoorziening (Volt)							
Afsluitbaar?							
Leeftijd / Aanschafdatum							
Gevalideerd?							
Laatste validatiedatum							

BONAIRE

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden							
In gebruik?							
Locatie (waar de koelkast/cel staat)							
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)	nvt						
Airconditioning aanwezig?							
Afsluitbaar?							
Adres							
Ultralow vriezer/vriescel (-80 °C)	1	2	3	4	5	6	
Merk	geen						
Type							
Inhoud (liters)							
Stroomvoorziening (Volt)							
Afsluitbaar?							
Leeftijd / Aanschafdatum							
Gevalideerd?							
Laatste validatiedatum							
In gebruik?							
Locatie (waar de koelkast/cel staat)							
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)	nvt						
Airconditioning aanwezig?							
Afsluitbaar?							
Adres							

BONAIRE

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden							
Koelboxen	1	2	3	4	5	6	
Merk	Vebabox	vebabox					
Type							
Inhoud (liters)							
Actieve / passieve koeling							
Stroomvoorziening (Volt)							
Koelcapaciteit (temperatuur °C)							
Leeftijd / Aanschafdatum							
In gebruik?							
Loggers (vul 1 kolom in per type)	1e soort			2e soort			
Merk	Tempmate		Merk				
Type	USB templogger		Type				
Aantal	14		Aantal				
Gekalibreerd?	ja		Gekalibreerd?				
Laatste kalibratiedatum?	jul-20		Laatste kalibratiedatum?				
Temperatuurrange (°C)	2-8 graden celsius ingesteld		Temperatuurrange (°C)				

BONAIRE

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden							
Generatoren	1	2	3	4	5	6	
Merk	aggregraat bij FM						
Type							
Locatie							
Verplaatsbaar?							
In gebruik?							
Registratie vaccinaties en communicatie (de onderstaande vragen gaan over de huidige vaccinatiecampagnes)							
Beschrijf de vaccinatieregistratie (wie, wat, waar, wanneer)	Vaccinatieregistratie doet het CB						
Beschrijf hoe mensen worden uitgenodigd voor een vaccinatie	Oproep via radio, krant en post (noot: de post is niet altijd betrouwbaar), koerier						
Beschrijf de communicatie naar publiek en professionals omtrent vaccinatiecampagnes (wie, wat, waar, wanneer)	Via afdeling communicatie. Jeugdarts, PG arts, beleidsadviseur, verpleegkundige						
Overige opmerkingen							

SINT-EUSTATIUS

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden							
							ja
Koelkast/cel	1	2	3	4	5	6	nee
Merk							actief
Type							passief
Inhoud (liters)							
Stroomvoorziening (Volt)							
Afsluitbaar?							
Leeftijd / Aanschafdatum							12
Gevalideerd?							110
Laatste validatiedatum							220
							400
In gebruik?							(krachtstr oom)
Locatie (waar de koelkast/cel staat)							
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)							
Airconditioning aanwezig?							
Afsluitbaar?							
Adres							
Vriezer/vriescel (-20 °C)	1	2	3	4	5	6	
Merk							
Type							
Inhoud (liters)							
Stroomvoorziening (Volt)							
Afsluitbaar?							
Leeftijd / Aanschafdatum							
Gevalideerd?							
Laatste validatiedatum							

SINT-EUSTATIUS

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden							
In gebruik?							
Locatie (waar de koelkast/cel staat)							
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)							
Airconditioning aanwezig?							
Afsluitbaar?							
Adres							
Ultralow vriezer/vriescel (-80 °C)	1	2	3	4	5	6	
Merk							
Type							
Inhoud (liters)							
Stroomvoorziening (Volt)							
Afsluitbaar?							
Leeftijd / Aanschafdatum							
Gevalideerd?							
Laatste validatiedatum							
In gebruik?							
Locatie (waar de koelkast/cel staat)							
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)							
Airconditioning aanwezig?							
Afsluitbaar?							
Adres							
Koelboxen	1	2	3	4	5	6	
Merk							
Type							
Inhoud (liters)							
Actieve / passieve koeling							
Stroomvoorziening (Volt)							

SINT-EUSTATIUS

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden							
Koelcapaciteit (temperatuur °C)							
Leeftijd / Aanschafdatum							
In gebruik?							
Loggers (vul 1 kolom in per type)	1e soort			2e soort			
Merk				Merk			
Type				Type			
Aantal				Aantal			
Gekalibreerd?				Gekalibreerd?			
Laatste kalibratiedatum?				Laatste kalibratiedatum?			
Temperatuurrange (°C)				Temperatuurrange (°C)			

SINT-EUSTATIUS

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden							
Generatoren	1	2	3	4	5	6	
Merk							
Type							
Locatie							
Verplaatsbaar?							
In gebruik?							
Registratie vaccinaties en communicatie (de onderstaande vragen gaan over de huidige vaccinatiecampagnes)							
Beschrijf de vaccinatieregistratie (wie, wat, waar, wanneer)							
Beschrijf hoe mensen worden uitgenodigd voor een vaccinatie							
Beschrijf de communicatie naar publiek en professionals omtrent vaccinatiecampagnes (wie, wat, waar, wanneer)							
Overige opmerkingen							

SABA

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden							
							ja
Koelkast/cel	1	2	3	4	5	6	nee
Merk	Kirsch						
Type	Med 468						actief
Inhoud (liters)	500						passief
Stroomvoorziening (Volt)	220						
Afsluitbaar?	ja						
Leeftijd / Aanschafdatum	2016						12
Gevalideerd?	ja						110
Laatste validatiedatum	mei 2019						220
	ja						400 (krachtstr oom)
In gebruik?							
Locatie (waar de koelkast/cel staat)							
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)	saba healthcare						
Airconditioning aanwezig?	ja						
Afsluitbaar?	ja						
Adres	n/a						
Vriezer/vriescel (-20 °C)	1	2	3	4	5	6	
Merk							
Type							
Inhoud (liters)							
Stroomvoorziening (Volt)							
Afsluitbaar?							
Leeftijd / Aanschafdatum							
Gevalideerd?							
Laatste validatiedatum							
In gebruik?							
Locatie (waar de koelkast/cel staat)							

SABA

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden							
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)							
Airconditioning aanwezig?							
Afsluitbaar?							
Adres							
Ultralow vriezer/vriescel (-80 °C)	1	2	3	4	5	6	
Merk							
Type							
Inhoud (liters)							
Stroomvoorziening (Volt)							
Afsluitbaar?							
Leeftijd / Aanschafdatum							
Gevalideerd?							
Laatste validatiedatum							
In gebruik?							
Locatie (waar de koelkast/cel staat)							
Naam (bijv. GGD/ziekenhuis)							
Airconditioning aanwezig?							
Afsluitbaar?							
Adres							
Koelboxen	1	2	3	4	5	6	
Merk	Veba	Veba					
Type	Tempmate	Tempmate					
Inhoud (liters)							
Actieve / passieve koeling	actief	actief					
Stroomvoorziening (Volt)	110	110					
Koelcapaciteit (temperatuur °C)	2	2					
Leeftijd / Aanschafdatum	2015	2015					
In gebruik?	ja	ja					

SABA

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden							
Loggers (vul 1 kolom in per type)		1e soort			2e soort		
Merk	Tempmate	Merk					
Type	M1	Type					
Aantal	4	Aantal					
Gekalibreerd?	ja	Gekalibreerd?					
Laatste kalibratiedatum?	sep-20	Laatste kalibratiedatum?					
Temperatuurrange (°C)	min30 tot plus70	Temperatuurrange (°C)					
Generatoren		1	2	3	4	5	6
Merk	?	?					
Type							
Locatie	Saba healthcare	Openbaar lichaam saba					
Verplaatsbaar?	nee	ja					
In gebruik?	ja	nee					
Registratie vaccinaties en communicatie (de onderstaande vragen gaan over de huidige vaccinatiecampagnes)							
Beschrijf de vaccinatieregistratie (wie, wat, waar, wanneer)	Excel sheet op beveiligde drive van openbaar lichaam ICT netwerk. Registratie door persoon die vaccins geeft. Daarnaast registratie in papieren jgz dossier, en sinds maart 2020 in EKD.						
Beschrijf hoe mensen worden uitgenodigd voor een vaccinatie	Mensen worden gebeld, of tijdens consult wordt volgende afspraak ingeboekt.						

SABA

Inventarisatie apparatuur COVID-vaccinatie BES-CAS eilanden							
Beschrijf de communicatie naar publiek en professionals omtrent vaccinatiecampagnes (wie, wat, waar, wanneer)	algemene info op website. Meeste informatie wordt face-to-face gegeven tijdens zwangerschap en tijdens eerste consulten na bevalling. Bij schoolvaccinaties gaat er een brief naar de ouders (en studenten)						
Overige opmerkingen	gb						