



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	20-07-2020
Lotnummer	100.048
Leverancier/LCH-nummer	Shengquau
Productnaam of naam fabrikant	FFP2 particle Filtering Half Mask
Productiedatum	13-05-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Filterkwaliteit P1/P2/P3
Masker 1	90	P1
Masker 2	96	P2
Masker 3	97	P2

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1		
Testpersoon 2		
Testpersoon 3		
	<input checked="" type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/> PASS	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)
<input type="checkbox"/> 957 (FFP1) <input checked="" type="checkbox"/> 958 (FFP2) <input type="checkbox"/> 971 (KN95) <input type="checkbox"/> 972 (FFP3)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur

Algemene bevindingen:

Gezondheidsrisico graffen in masker is onduidelijk. Nadere beoordeling noodzakelijk. FAIL
Fittest wordt niet meer uitgevoerd ivm graffen. Fail op Particle Penetration.

Samenvatting Q1 en Q2 voor FFP2 en KN95 maskers

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		FFP2		>94%	>100
Mand 2		FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7	X	Niet gebruiken	onbekend	< 80%	Ongeacht fit

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen.

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: _____

NEELEVAT

Datum: _____

6-7-20 12:30

Aantal
inkooporder/pakbon _____

Lotnummer

100048

Aantal pallets

19

EMCL1988997-7

Totaal stuks

476160

Aantal samples

3 x 40 = 120

Totaal aantal na samples

476040

Aantal per pallet

25.600

Aantal per doos

640

Aantal per verpakkingseenheid

40

Aantal komt overeen
met
inkooporder/pakbonJA /
NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: _____

Paraaf: _____

Artikelnummer: _____

950

Inkooporder
nummer

306420

LCH-nummer

LCH2020-0154-03

exp. date: 5/2023

Kwaliteitscontrole
RIVMJA /
NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Bijzonderheden:

Locatie:

ingeboekt
door:

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: _____ NEELEVAT
 Datum: 6-7-20 12:30

Aantal inkooporder/pakbon _____ Lotnummer 100048

Aantal pallets 19

Totaal stuks 476160

Aantal samples 3 \times 40 = 120

Totaal aantal na samples 476040

Aantal per pallet 25.600

Aantal per doos 640

Aantal per verpakkingseenheid 40

EMCL1988997-7

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA /
NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: _____

Paraaf: _____

Artikelnummer: 950

Inkooporder nummer 306420

LCH-nummer

LCH2020-0154-03

exp. date: 5/2023

Kwaliteitscontrole RIVM

JA /
NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

ingeboekt door: