

### Beslisdocument lead beademingsapparatuur

#### Lijn:

- Liefst willen we zoveel mogelijk beademingsapparatuur aankopen
- Maar er is ook gebleken dat er in deze markt veel ondeugdelijke leads zijn
- Er zijn helaas ook mensen die uit zijn op financieel gewin, blijkbaar over rug van gezondheid van mensen
- Daarom moeten we wel echt scherp zijn op enkele essentiële zaken in het bestelproces
- Apparaten moeten veilig zijn en er moet maximale transparantie zijn op wat het aanbod is

Voor de aankoop van beademingsapparatuur zijn er talrijke voorstellen bij VWS gekomen. De binnengekomen voorstellen worden dagelijks in een call besproken met het expertteam dat VWS adviseert over de aanschaf van beademingsapparatuur. In dit team zitten experts namens de NVIC, NVKF en medisch technologen.

Minimaal benodigde inhoudelijke eisen (of voldaan is aan eisen wordt door de bovengenoemde experts bepaald, VWS gaat niet op stoel van de arts zitten):

- Apparatuur is betrouwbaar en veilig, omdat de patiënten waar deze apparatuur bij gebruikt wordt volledig afhankelijk zijn van deze apparaten.
- Het personeel (dat bij uitbreiding IC bedden al extra onder druk staat) moet veilig met deze apparatuur kunnen werken.

Minimaal benodigde eisen die aan de lead gesteld worden (informatie-eisen): Zonder deze informatie kan VWS een aanbod niet in behandeling nemen.

1. Bedrijfs- en contactgegevens (fabrikant) en – indien de aanbieder niet de fabrikant zelf is - informatie waaruit blijkt dat de aanbieder een ‘authorized distributor’ is van de fabrikant;
2. Volledig leesbare ongecensureerde afbeeldingen (alle zijden) van de producten;
3. Volledig leesbare ongecensureerde kwaliteitsdocumenten (merknaam/model, specificaties, waar in iedere geval de door het apparaat geleverde drukken duidelijk staan);
4. Duidelijke hoeveelheden
5. Fysieke locatie van de goederen;
6. Duidelijke prijsstelling en betalingsvoorwaarden
7. Hoe snel kan de apparatuur in Nederland zijn (afleverschema); afleveringen zijn gewenst zsm, maar uiterlijk begin mei

#### Financiële eisen:

- We betalen een marktconforme prijs. Normaal liggen de prijzen voor een basisapparaat tussen 5.1.2b die zijn nu in krappe markt iets hoger. Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijv: uitzonderlijk snelle en zeer zekere levering) kunnen we kijken of een veel hogere prijs gerechtvaardigd is.
- Alleen voorfinanciering bij in NL producerende bedrijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen we kijken of voorfinanciering gerechtvaardigd is.