

To: [redacted] [redacted] [redacted]@erasmusmc.nl]; [redacted] [redacted] [redacted]@erasmusmc.nl]; [redacted]
 [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]
Cc: [redacted] [redacted] [redacted]@erasmusmc.nl]
From: [redacted]
Sent: Sat 1/18/2020 2:17:43 PM
Subject: Re: Specificity testing results overview
Received: Sat 1/18/2020 2:17:43 PM

FVMM yep, assay opzet staat in ons rapport. Kan een oorzaak zijn. We hebben monsters herhaald op 58 en 60 graden en beide temperaturen negatief.

Mvg

[redacted]

From: [redacted] <[redacted]@erasmusmc.nl>
Sent: Saturday, 18 January 2020 14:41:05
To: [redacted]; [redacted]; [redacted]
Cc: [redacted]
Subject: Re: Specificity testing results overview

Nu wel 💎

Inderdaad interessant om te zien dat beide sites toch 2 samples met positieve curve heeft.

Ook wel weer geruststellend toch? Lijkt niet pathogeen geralateerd.

Zou best een mastermix effect kunnen zijn. Jullie gebruiken ook FVMM toch.?

Duidelijk belangrijk dat we confirmatie doen, maar ook zorgvuldig communiceren als we parallel draaien en er discrepante uitslagen zijn.....

[redacted]

[redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]

Dubbel

[redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]

2 - 2

Dubbel