

Notulen spoedoverleg 19-06-2020

Aanwezig:

5.1.2e SLA GGD Amsterdam, 5.1.2e relatiebeheer GGD Amsterdam, 5.1.2e @wur.nl 5.1.2e Communicatiedeskundige WUR, 5.1.2e lab WUR, 5.1.2e M&G GGD Zaanstreek Waterland, 5.1.2e 5.1.2e GGD A'dam

5.1.2e Sinds zaterdag 13 juni nieuw Thermofisher apparaat voor coronavirus diagnostiek. Goede ingangscntroles, echter in de loop van de week opgemerkt dat in Thermofisher apparaat aantal posities in verschillende runs positief. In andere test herhaald: allen negatief, maar waren in Thermofisher ook al zwak pos Ct 30-36. Vandaag 19-6 zijn deze negatieve testuitslagen geconfirmeerd. Het gaat in totaal om 15 patiënten, waarvan 12 van Zaanstreek Waterland. Probleem actief van afgelopen zaterdag tot woensdag.

Meest waarschijnlijk obv productiefout blijkt uit analyses tot nu toe. Apparaat wordt nu niet gebruikt. Ander probleem dan nu speelt in Dordrecht mbt fout positieve monsters.

5.1.2e hoorde het via IT manager dit probleem. Geeft aan dit bijzondere route te vinden. Heel team van BCO medewerkers die reeds iedereen gecontacteerd hebben nav positieve uitslagen en in kaart gebracht.

Unaniem: Gezamenlijk persbericht uit: ZNW en WUR: 5.1.2e heeft al iets klaarliggen.

5.1.2e GGD Amsterdam wordt geïnformeerd door 5.1.2e heeft contact opgenomen met 5.1.2e GGD Amsterdam en zal contacteren hoofd afdeling Infectieziekten.

5.1.2e 5.1.2e publieke gezondheid heeft aangegeven snel contact op te willen nemen met getroffen en vanaf dit weekend. Wilt verwijzen naar WUR berichtgeving.

Berichtgeving naar personen en contacten volgt vanaf morgen: kort en bondig dat test toch negatief is. Er moet een persbericht volgen waar ze naar kunnen verwijzen.

5.1.2e stelt voor GGD-en voor geen namen van GGD te noemen. Wordt afgestemd tussen WUR en GGD ZNW.

5.1.2e 5.1.2e Flevoland ikv Dordrecht zou optie zijn om persbericht door te doen 5.1.2e waar kunnen vragen hierover naar toe die binnen komen bij GGD ZNW?

5.1.2e Vragen hierover richting WUR dan wel Zaanstreek Waterland gaan naar LCDK en VWS. 5.1.2e moet 5.1.2e bellen over dit probleem en informeren.

5.1.2e van LCDK (voorheen WUR) betrokken? 5.1.2e zit vooral op kwaliteitscontrole.

Uitslagen fout positief worden gemeld, maar er zullen labs zijn die dit niet doorgeven aan LCDK. Dit gaat echter over komende maanden. Voor komende 24uur niets voorbereid.

5.1.2e gaat contact met communicatie expert VWS opnemen.

Patiënt gegevens worden door GGD ZNW uit Coroinit gehaald..

5.1.2e hoe is de professionele lijn gelopen? 5.1.2e heeft alle contactpersonen van GGD A'dam gebeld

zonder resultaat. 5.1.2e heeft toen contactpersoon gebeld van GGDZW. Deze heeft toen 5.1.2e

geïnformeerd 5.1.2e heeft toen 5.1.2e gebeld 5.1.2e heeft 5.1.2e gebeld en 5.1.2e

om spoedoverleg af te spreken. Communicatieadviseurs overleggen over inhoud. 5.1.2e is

aangewezen persoon communicatie voor bericht.

Acties:

- 5.1.2e stuurt notulen naar allen.
- Stuk van 5.1.2e wordt afgestemd met communicatie expert GGD ZNW: 5.1.2e
- 5.1.2e stuurt informatie contactgg 5.1.2e naar 5.1.2e
- 5.1.2e contacteert 5.1.2e VWS
- 5.1.2e informeert 5.1.2e 5.1.2e
- 5.1.2e informeert 5.1.2e contact op te nemen met 5.1.2e

