

**Validatie RIVM COVID-19 laboratoria**

- Laboratoria dienen zich aan voor extra testcapaciteit SARS-CoV-2 Nederland
- Wij vragen laboratoria uit op de volgende punten
  - o Accreditatie
  - o Testcapaciteit (hoeveelheden per dag/ met mogelijk tot opschaling)
  - o Test platformen voor RNA isolatie en PCR
  - o Test kits voor RNA isolatie en PCR
- Wij sturen materialen op (EQA panel, Runcontrole (eventueel op basis van platform en kits ook een set Primers/Probes)); Instructie en rapportage documenten
  - o Wij verwachten een resultaat van het panel en de runcontrole
  - o Daarbij ook alle gebruikte specificaties/volumina die gebruikt zijn voor de test
- Op basis van vorig punt wordt een beoordeling gedaan. (“valide” of “niet valide” voor panel; “matig”, “voldoende”, “goed”, voor runcontrole)
- Confirmatie van eerste 10 negatieve en 5 positieve samples wordt gedaan bij RIVM/EMC
  - o Als de samples juist geconfirmeerd zijn, worden de laboratoria vrijgegeven voor diagnostiek

Bij inconclusieve data, kan het materiaal nog altijd ter confirmatie opgestuurd worden naar RIVM/EMC