

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	13 mei 2020
Inkoopnummer	
Lotnummer	857
Leverancier	European Commission
Productnaam of naam fabrikant	KN95 Protective Mask
Productiedatum	28-04-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN95

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde 0,3 micron	Type P1/P2/P3
Doos 1	83 en 80%	P1
Doos 2	83 en 80%	P1
Doos 3	73 en 90%	Fail/P1

Q2 Fit test Doos 1	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	<10	6,1
Testpersoon 2	<10	8
Testpersoon 3	<10	
FFP2	☒ FAIL	☐ PASS
Q2 Fit test Doos 2	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	<10	8
Testpersoon 2	<10	25
Testpersoon 3	<10	15
FFP2	☒ FAIL	☐ PASS
Q2 Fit test Doos 3	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	<10	17
Testpersoon 2	<10	26
Testpersoon 3	<10	15
FFP2	☒ FAIL	☐ PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen:			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
958	☐ Goedgekeurd ☒ Afkeur ☐ On Hold	
Algemene bevindingen: Afkeur, omdat dat er in doos 3 maskers zitten met een onvoldoende filtratie (onder 80%)		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7	X	Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur