

To: [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Wed 5/13/2020 5:53:16 AM
Subject: RE: specs isolatiejassen
Received: Wed 5/13/2020 5:53:17 AM

Hoi [5.1.2e]

Ik ben erbij om 10u.

Tav je vragen: tijdens ons wekelijkse overleg over tekortproducten is alleen in algemene zin over isolatiejassen gesproken, geen details per zorgsector. LCH koopt wel verschillende typen jassen in maar die 3 typen kennen we.

Het lijkt mij raadzaam om voor de specs op RIVM en LCH af te gaan.

Tot straks, groet [5.1.2e]

[5.1.2e]
 Tel 06- [5.1.2e]

Van: "[5.1.2e]" <[5.1.2e @minvws.nl]>
Verzonden: 12 mei 2020 18:22
Naar: "[5.1.2e]" <[5.1.2e @minvws.nl]>
Cc: "[5.1.2e]" <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: FW: specs isolatiejassen

Ha [5.1.2e]

Zoals jullie weten zijn we in gesprek met het Eldercare/ Ten Cate consortium over isolatiejassen. Een belangrijke vraag daarbij blijven de specs van de eventueel te produceren jassen. Daar is van alles over gewisseld en ook [5.1.2e] van RIVM heeft info verstrekt (via [5.1.2e]).

Hieronder en in bijlage info vanuit inkoop defensie. Het vreemde is steeds dat kennelijk niemand in de bestellijsten van LCH of in de voorraadkast van zorginstellingen heeft gekeken wat er gemiddeld wordt besteld en hoe dat eruit ziet.

@ [5.1.2e] had wel wat thuiszorginstellingen gevraagd. Die gaven aan een isolatiejas te gebruiken (disposable) met soms daaroverheen een halterschort. Dat voor wanneer ze cliënten onder de douche zetten. Hij vindt zelf dat in de thuiszorg geen herbruikbare jassen gebruikt moeten worden (de arnitel stof van DSM). De vraag is of er bij jouw wekelijkse consultaties met o.a. ROAZ wel eens iets is aangegeven over behoeften en typen jassen. Ik heb gevraagd of ze duidelijk kunnen maken of die Arnitel jassen wel vaker gereinigd kunnen worden en hoe dan precies.

@ [5.1.2e] [5.1.2e] van EZK zou het 'testteam van LCH' aankoppelen. Jij stond zonder het te weten in een PP presentatie als lid van het testteam isolatiejassen; o). Dus ik heb nog eens benadrukt dat ze jou ook moeten consulteren. Hier ook weer verwarring. Het Eldercare consortium had jassen uit Turkije laten overkomen (de 200.000 witte jassen). Die zijn vandaag door het testteam van LCH 'goed bevonden'. Ze dachten dus ook dat ze nu een prototype kunnen maken van de NL productie jassen en die ook door team LCH kunnen laten testen. Ik heb uitgelegd dat ze echt een CE-markeringsprocedure moeten volgen. Volgens mij is dat ook PPE en geldt de EU-aanbeveling, niet?

Wordt vervolgd.

@ [5.1.2e] morgenochtend om 10h00 een telco met het consortium

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e @askmepartners.com]>
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 17:41
Aan: [5.1.2e @minezk.nl]; [5.1.2e] <[5.1.2e @shell.com]>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: Fwd: specs isolatiejassen

[5.1.2e]

Zie bijgaand. Ik heb nog niet de mogelijkheid gehad om eea door te nemen, zal een poging vanavond doen. Laten we kijken of deze input helpt voor ons overleg morgen ochtend en/of hoe we deze info delen met Eldercare / consortium

Groet en fijne avond, ik ben waar nodig ivm eventuele voorbereiding voor gesprek morgen, vanavond >8:30pm bereikbaar

groet

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e

5.1.2e

dubbel