

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	01-05-2020
Inkoopnummer	
Lotnummer	X132 - FIOD-02
Leverancier	SIIJIE
Productnaam of naam fabrikant	Shandong Zeda Medical Products – FFP2
Productiedatum	01-04-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	958

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	97%	P2
0,5	99%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	< 10 real time	9
Testpersoon 2	< 10 real time	5,9
Testpersoon 3	< 10 real time	6
FFP2	☒ FAIL	☐ PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Algemene bevindingen: Fit van het masker voldoet niet, zowel met als zonder clip. Neusklem verschillende lengte, soms door masker heen. Verschillend gesneden langs de rand. Elastieken zijn slap. Zo ook de neusklem.

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
	☐ Goedgekeurd ☒ Afkeur ☐ On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	x	Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood	ja	>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit