

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	01-05-2020
Inkoopnummer	
Lotnummer	X133 – FIOD-03
Leverancier	Ostrichoo - GCPC
Productnaam of naam fabrikant	Onder sticker van Ostrichoo?
Productiedatum	Onder sticker van Ostrichoo?
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	958

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	95 %	P2
0,5	98 %	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	Real time < 10	35
Testpersoon 2	Real time < 10	16
Testpersoon 3	Real time < 10	37
FFP2	☐ FAIL	☒ PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM	+		
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen: Particle penetration voldoet. Fit voldoende bij inzet van de clip. Twee van de 3 testpersonen meer dan 33, maar wel minder dan 100.			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
	☒ Goedgekeurd ☐ Afkeur ☐ On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2	X	Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT	ja	>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit