

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	01-05-2020
Inkoopnummer	
Lotnummer	X135 - FIOD-05
Leverancier	Onbekend. Zat in volledig transparante zak
Productnaam of naam fabrikant	Onbekend. Zie bij leverancier
Productiedatum	Onbekend. Zie bij leverancier
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2 - 958

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	94 %	P2
0,5	97 %	P2

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	< 10 real time	15
Testpersoon 2	< 10 real time	12
Testpersoon 3	< 10 real time	10
FFP2	<input checked="" type="checkbox"/> FAIL	<input type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Algemene bevindingen:

Voldoet niet qua fit, zowel met als zonder clip. Verschillend gesneden bij rand. Elastieken erop geniet: gaatjes in masker bij de nieten. Sealnaad loopt door tot onder neusklem. Scherpe hoek bij neus. Benauwd tijdens fittest.

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood	ja	>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit