

To: [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl
From: [redacted]
Sent: Wed 5/20/2020 1:53:25 PM
Subject: FW: Kwaliteitsbeoordeling Vianen: verzoek RIVM testopzet Vianen voor BFE
Received: Wed 5/20/2020 1:53:26 PM

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Datum: 20 mei 2020 om 15:33:35 CEST
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: FW: Kwaliteitsbeoordeling Vianen: verzoek RIVM testopzet Vianen voor BFE

Zie hieronder!

Groeten,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden op: donderdag 9 april 2020 12:05
Aan: "[redacted]" <[redacted]@minvws.nl>
CC: "[redacted]" <[redacted]@minvws.nl>, "[redacted]" <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Kwaliteitsbeoordeling Vianen: verzoek RIVM testopzet Vianen voor BFE

Beste [redacted]

Ik denk het niet.

Het gaat om een indicatieve test die zo goed mogelijk de norm benadert. Aangezien er binnen NL geen laboratoria zijn die deze test kunnen uitvoeren (in tegenstelling tot de particle penetration test waar veel bedrijven/universiteiten zijn die dit kunnen doen) verwacht ik weinig discussie.

Wij denken dat dit een belangrijke test is omdat we niet kunnen controleren (vanwege et vaak ontbreken van certificering/testrapporten) of Chinese maskers echt BFE 95/99 zijn. De kwaliteit wisselt ook sterk, sommige chirurgische maskers hebben meerdere lagen, sommige niet.

Samen met de spattest zouden we, in theorie, kunnen testen of maskers echt aan IIR voldoen (die in richtlijnen beschreven is).

Groeten,

[redacted]

From: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Sent: woensdag 8 april 2020 17:02
To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Subject: RE: Kwaliteitsbeoordeling Vianen: verzoek RIVM testopzet Vianen voor BFE

Beste [redacted]

Ik snap de behoefte.

Even baren op de weg: komen we mogelijk in discussies terecht met ziekenhuizen over betrouwbaarheid van de test? Of over hoe we de testresultaten interpreteren?

Oftewel: we winnen veel aan informatie; maar wat komt er allemaal achterweg?

Heb je daar inzicht in?

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 8 april 2020 16:55

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: Kwaliteitsbeoordeling Vianen: verzoek RIVM testopzet Vianen voor BFE

Hallo 5.1.2e

Zie onderstaand verzoek van RIVM 5.1.2e. Het verzoek is de test setup (Kalibra voor pfe, twee portercounts voor fit voor ademhalingsmaskers) uit te breiden met een test voor de BFE (voor chirurgische maskers). Op zich vind ik dit een goed idee omdat heel veel chirurgische maskers binnen komen zonder documentatie en dan standaard op type I (laagste classificatie) worden ingedeeld. Dat is zonde als het product beter is. Met een BFE kunnen we de kwaliteit duiden en daar waar mogelijk deze indelen in type II en IIR waardoor deze voor meer doeleinden kunnen worden gebruikt.

Wat vinden jullie?

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 8 april 2020 16:45

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: Overleg

Beste 5.1.2e

Kun je me svp even bellen? Voor bacteriele filtratie test moet voor 25k aan onderdelen besteld worden. Wij willen graag jouw akkoord hiervoor en voor verdere ontwikkeling.

Groeten,

5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability