

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 11:52

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: Fwd: Oplossing voor leveringen O2

Ik heb samen met 5.1.2e 5.1.2e naar de certificaten gekeken, 5.1.2e heeft eea samengevat in onderstaande mail.

Groeten van 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Testcentrum Landelijk consortium hulpmiddelen

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Oplossing voor leveringen O2

Datum: 20 mei 2020 om 11:36:16 CEST

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>, 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Ha 5.1.2e

Ik heb e.e.a. verder bekeken.

- Het certificaat is onduidelijk ten aanzien van de eisen waaraan wordt voldaan, algemene verwijzing naar EN 149 met alleen de total inward leakage volgens FFP2.
- Het certificaat geeft aan dat bij afgifte alleen de type examination is gedaan. Verder wordt wel vereist dat er een kwaliteitssysteem is bij fabricage (Annex VII of VIII), maar dat lijkt pas later te worden bekeken. Dit staat alleen in eisen aan fabrikant om aan de eisen te blijven voldoen.
- De foto in het testrapport laat een masker zien waarop geen type is weergegeven of fabrikant. Volgens EN 149 Clause 9.2, is dit wel verplicht.
- Het testen is uitgevoerd in China,. Daarmee voldoet het niet aan de eisen voor gezichtsvormen uit EN 149 (covering the spectrum of facial characteristics of typical users, subclausie 8.5.1.1)

Kortom. Het lijkt op het eerste gezicht aardig, maar bij iets betere controle zitten er fouten in of is het onvoldoende gegarandeerd dat altijd een goed product wordt geleverd.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)

Centre for Health Protection (GZB)

PO Box 1

NL-3720 BA Bilthoven

Tel: 5.1.2e

Mob: 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>
Sent: dinsdag 19 mei 2020 18:16
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;
5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: Fwd: Oplossing voor leveringen O2

Svp van 1 van jullie een oordeel over onderstaande documenten, het gaat over de casus O2 Health. VWS dreigt met deze leverancier in een juridisch conflict te komen.

Groeten van 5.1.2e
<image001.png>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*