

To: 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Fri 5/8/2020 9:37:02 PM
Subject: Re: UV sterilizers
Received: Fri 5/8/2020 9:37:44 PM
[Sorbo UV Sterilizer test report.pdf](#)

Beste 5.1.2e,
 In bijlage het Chinese testrapport van de geselecteerde UV sterilizer.

With kind regards, met vriendelijke groet, mit freundlichem Gruss,

5.1.2e
 5.1.2e
 ECOpro Technology BV
 skype: 5.1.2e

5.1.2e

On Fri, May 8, 2020 at 8:25 PM 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com> wrote:

Prima 5.1.2e,
 Ik zie LCH's reactie graag tegemoet.

In deze sector is de "prijsengekte" ook begonnen. Nu duidelijk is dat UV Led's voor Covid-19 worden gebruikt, was dat een goede reden voor de Chinese leveranciers om de prijs met 450% te verhogen. Door nu een ander pad (UV lamps met ozon als desinfectiefunctie) te bewandelen ontkomen we daar even aan, maar de vraag is voor hoe lang.

With kind regards, met vriendelijke groet, mit freundlichem Gruss,

5.1.2e
 5.1.2e
 ECOpro Technology BV
 skype: 5.1.2e

5.1.2e

On Fri, May 8, 2020 at 5:50 PM 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minbzk.nl> wrote:

Beste 5.1.2e,

Ik laat er naar kijken.
 Op dit moment koopt het LCH geen sterilizers in.
 Maar zoals gezegd, ze kijken nu naar jouw idee/plan.

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@5.1.2e@gmail.com>>

Datum: vrijdag 08 mei 2020 12:12 PM

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@5.1.2e@minbzk.nl>>

Onderwerp: UV sterilizers

Beste 5.1.2e,

Ik ben intussen, eerder dan verwacht er toch zeer waarschijnlijk uit met de mondkapjes sterilizer. Er zijn namelijk - naast UV Led's (freq. 255 nm) die het DNA onschadelijk maken ook UV lampen met 185 nm frequentie die ozon genereren. Alle bronnen die ik heb geraadpleegd duiden er op dat dit de oplossing is.

Het mondmasker komt dan in een klein compartiment (bijv. 162*85*12mm) waar het mondmasker in past en de concentratie ozon dus relatief hoog is.

De overige toepassing is sterilisatie van smartphones en andere kleine objecten.

Zoals ook in mijn artikel is aangevoerd, is het hergebruik van mondkapjes (voor het publiek) nodig vanwege de mogelijke aanwezigheid van virus op de buitenkant van het mondkapje.

Direct in een sterilizer is dan de meest eenvoudige oplossing - dan is het een kwestie van mondkapje afdoen, in de sterilizer opbergen en de handen reiningen met een flacon desinfectant.

De andere is een wasbaar tasje meenemen waarin het mondkapje na 1 gebruik wordt gestopt en dan samen met het tasje moet worden gewassen. Niet onmogelijk, maar handig is anders. Als mensen mondkapjes in de trein gebruiken en dan achteloos wegproppen in een tas, dan heeft het mondkapje bijna een averechts effect! Een goede oplossing is dus van belang.

Zoals eerder aangevoerd, kan de prijs van zo'n sterilizer bij centrale aankoop laag zijn (momenteel ca. 12 euro + luchtvracht). Na de zomer kan dit nog verder omlaag.

Naast voor het publiek stel ik me voor dat dit voor iedereen in de zorg ook een aanrader is. Die gaan immers ook naar en van het werk.

Indien hier interesse voor is kan een testexemplaar ter beschikking worden gesteld. In dat geval graag een adres + account nr koerier. Het testexemplaar is gratis en kan worden behouden. Er is overigens ook in een Chinees lab een test gedaan, maar niet specifiek op Covid-19; dat is ook niet nodig.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

ECOpro Technology BV

skype: 5.1.2e

5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.