

Thema rapportage afgekeurde hulpmiddelen

Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)

Vertrouwelijk en voor intern gebruik

Datum: 19 mei 2020

Aan: [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e ; [redacted] 5.1.2e

Aanleiding en achtergrond

Het LCH waarborgt dat medewerkers in de gezondheidszorg veilig kunnen werken. Persoonlijke beschermingsmiddelen die door het LCH besteld worden, worden hiertoe op drie momenten gecontroleerd op kwaliteit:

- vooraf aan de bestelling worden kwaliteitscertificaten gecheckt
- na productie in China, bij levering aan the warehouse worden producten gecontroleerd.
- na levering aan het LCH in Nederland worden producten fysiek gecontroleerd in de teststraat door het RIVM.

Sinds de start van het LCH op 23 maart jl. zijn er producten die niet aan de claims van de leveranciers voldoen afgekeurd. Deze materialen zijn door het LCH veelal in opslag vastgehouden. Deze memo geeft inzicht in de huidige stand van zaken.

Huidige stand van zaken: totaal afgekeurde producten.

Tabel 1 biedt een cumulatief overzicht van het totaal aantal afgekeurde producten besteld door VWS en LCH. Dergelijk overzicht is tot afgelopen week in de LCH rapportages meegenomen. Hieruit blijkt dat het aantal afkeurde producten met name oploopt bij de FFP2 maskers en in mindere mate ook bij de chirurgische maskers.

Artikelen (SKU)	Aantal producten afgekeurd
Beschermingsbril	146.000
TOTAAL Chirurgisch masker	5.757.000
Sub Chirurgische maskers type 1	26.000
Sub Chirurgische maskers type 2	1.300.000
Sub Chirurgische maskers type 2R	4.432.000
FFP1 maskers	3.043.000
FFP2&3 maskers	15.658.000
Handdesinfectans 500 ml	-
Handschoenen	675.000
Isolatiejassen	1.005.000
Spatscherm	-
Test zonder wattenstaafjes	109.000
Wattenstaafjes Keel	182.000
Wattenstaafjes Neus	10.000

Tabel 1: Totaal aantal afgekeurde producten op dinsdag 19 mei 2020.

Retourleveringen

Het LCH heeft sinds de oprichting het beleid gevoerd om afgekeurde producten te bewaren, totdat er een beleidskeuze hierover is gemaakt door het Ministerie van VWS.

In de periode tussen 6 mei en 19 mei is er echter een zestal retourleveringen gedaan aan de leveranciers door het LCH. Dit betreft in totaal 4,7 miljoen FFP2 maskers en 18.000 FFP3 maskers. Deze artikelen maken dus geen onderdeel meer uit van de afgekeurde voorraad in Vianen/Bleiswijk (maar zijn wel meegeteld in bovenstaande tabel).

Het heeft de voorkeur van het LCH, gezien opslagcapaciteit en kosten, om zendingen retour te doen naar leveranciers. Vandaag is echter door

5.1.2e

5.1.2e

opnieuw uitgevaardigd dat er geen retourleveringen meer gedaan worden, totdat de beleidskeuze hierover is gemaakt door het Ministerie van VWS.