



Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	20-07-2020
Lotnummer	100.022
Leverancier/LCH-nummer	Shengquan
Productnaam of naam fabrikant	FFP2 particle Filtering Half Mask
Productiedatum	13-05-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Filterkwaliteit P1/P2/P3
Masker 1	96	P2
Masker 2	98	P2
Masker 3	95	P2

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1		
Testpersoon 2		
Testpersoon 3		
<input type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/> PASS		

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)
<input type="checkbox"/> 957 (FFP1) <input checked="" type="checkbox"/> 958 (FFP2) <input type="checkbox"/> 971 (KN95) <input type="checkbox"/> 972 (FFP3)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
Algemene bevindingen: Gezondheidsrisico graafen in masker is onduidelijk. Nadere beoordeling noodzakelijk. FAIL Fittest wordt niet meer uitgevoerd ivm graafen.	

Samenvatting Q1 en Q2 voor FFP2 en KN95 maskers

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		FFP2		>94%	>100
Mand 2		FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7	X	Niet gebruiken		< 80%	Ongeacht fit

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen.