



Eindbeoordelingsformulier – KN95 maskers (LOT-nummers)

Datum	16-07-2020
Lotnummer	100.033
Leverancier/LCH-nummer	STAXS
Productnaam of naam fabrikant	KN95 Respirator F-0170
Productiedatum	
Type mondk masker (volgens de fabrikant)	KN95

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Filterkwaliteit P1/P2/P3
Masker 1	97	P2
Masker 2	98	P2
Masker 3	99	P3

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	40	50
Testpersoon 2	<10	29
Testpersoon 3	<10	9

FAIL PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)
971 (KN95)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur

Algemene bevindingen:

-Lekt onder de kin

- zit hoog op het ooglid

. variatie in vorm, opbouw filterlagen. Maskers zijn verkleefd, niet of moeilijk open te vouwen.

Earloops laten zeer gemakkelijk los.

Samenvatting Q1 en Q2 voor KN95 maskers

Logistiek	Aankruisen	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
			PFE	FIT
Mand 1			>94%	>100
Mand 2			>94%	33<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<94%	>100
Mand 4			80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	nvt	>94%	<33
Mand 6			80%<PFE<94%	<33
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit