

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier – KN95 maskers (LOT-nummers)

Datum	16-07-2020
Lotnummer	100.033
Leverancier/LCH-nummer	STAXS
Productnaam of naam fabrikant	KN95 Respirator F-0170
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN95

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Filterkwaliteit P1/P2/P3
Masker 1	97	P2
Masker 2	98	P2
Masker 3	99	P3

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	40	50
Testpersoon 2	<10	29
Testpersoon 3	<10	9
☐ FAIL ☒ PASS		

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)
971 (KN95)	☐ Goedgekeurd ☒ Afkeur
Algemene bevindingen: -Lekt onder de kin - zit hoog op het ooglid . variatie in vorm, opbouw filterlagen. Maskers zijn verkleefd, niet of moeilijk open te vouwen. Earloops laten zeer gemakkelijk los.	

Samenvatting Q1 en Q2 voor KN95 maskers

Logistiek	Aankruisen	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
			PFE	FIT
Mand 1			>94%	>100
Mand 2			>94%	33<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<94%	>100
Mand 4			80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	nvt	>94%	<33
Mand 6			80%<PFE<94%	<33
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 14-07-2020