



Eindbeoordelingsformulier – FFP1, FFP2 en FFP3 maskers(LOT-nummers)

Datum	17-7-2020
Lotnummer	100.038
Leverancier/LCH-nummer	Abena
Productnaam of naam fabrikant	Winner
Productiedatum	05-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	Geen typering aangebracht op doos/masker

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Filterkwaliteit P1/P2/P3
Masker 1	99	
Masker 2	98	
Masker 3	99	

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	163	
Testpersoon 2	199	
Testpersoon 3	3	
☐ FAIL ☒ PASS		

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)
☐ 957 (FFP1) ☒ 958 (FFP2) ☐ 972 (FFP3)	☐ Goedgekeurd ☒ Afkeur
Algemene bevindingen: documentatie aangeleverd, alleen bevat geen certificaten of testrapporten, kan niet verder beoordeeld worden.	

Samenvatting Q1 en Q2 alleen voor FFP1 en FFP2 maskers

Logistiek	Aankruisen	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
			PFE	FIT
Mand 1	x	neen	>94%	>100
Mand 2			>94%	50<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<94%	>100
Mand 4			80%<PFE<94%	50<FIT<100
Mand 5			>94%	<50
Mand 6			80%<PFE<94%	<50
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit

Samenvatting Q1 en Q2 alleen voor FFP3 maskers

Logistiek	Aankruisen	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
			PFE	FIT
Mand 1			>99%	>100
Mand 2			>99%	50<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<99%	>100
Mand 4			80%<PFE<99%	50<FIT<100
Mand 5			>99%	<50
Mand 6			80%<PFE<99%	<50
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 14-07-2020