



Eindbeoordelingsformulier – KN95 maskers (LOT-nummers)

Datum	13-08-2020
Lotnummer	100.039
Leverancier/LCH-nummer	STAXS
Productnaam of naam fabrikant	KN95 Respirator F-0170
Productiedatum	-
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN95

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Filterkwaliteit P1/P2/P3
Masker 1	91	P1
Masker 2	90	P1
Masker 3	90	P1

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	<10	18
Testpersoon 2	<10	4
Testpersoon 3	<10	-
☒ FAIL ☐ PASS		

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)
971 (KN95)	☐ Goedgekeurd ☒ Afkeur

Algemene bevindingen:

Algemene bevindingen: volgorde van filterlagen wisselt. Duidelijk verschil in vorm van de maskers.

De neusclip op de maskers op verschillende afstanden van de rand gepositioneerd. De lengte van gestanste rijen (en het aantal gaatjes) is verschillend per masker. Bij een masker zit de neusclip deels buiten het gestanste vak. Geen documentatie, geen fabrikantsnaam op masker.

Slechte fit

Samenvatting Q1 en Q2 voor KN95 maskers

Logistiek	Aankruisen	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
			PFE	FIT
Mand 1			>94%	>100
Mand 2			>94%	33<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<94%	>100
Mand 4			80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5			>94%	<33
Mand 6	X	nvt	80%<PFE<94%	<33
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit