



Eindbeoordelingsformulier – KN95 maskers (LOT-nummers)

Datum	26-08-2020
Lotnummer	100.751
Leverancier/LCH-nummer	STAXS
Productnaam of naam fabrikant	KN95 Respirator F-0170
Productiedatum	06-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN95

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Filterkwaliteit P1/P2/P3
Masker 1	85	P1
Masker 2	93	P1
Masker 3	90	P1

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	<10	18
Testpersoon 2		94
Testpersoon 3		8
	<input checked="" type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/> PASS	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)
971 (KN95)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur

Algemene bevindingen: volgorde van filterlagen wisselt. Fail op Fittest en particle penetration P1

In vorige LOT's een duidelijk verschil in vorm van de maskers; de neusclip op de maskers op verschillende afstanden van de rand gepositioneerd, de lengte van gestanste rijen (en het aantal gaatjes) is verschillend per masker. In dit LOT lijkt daar geen sprake van.

Samenvatting Q1 en Q2 voor KN95 maskers

Logistiek	Aankruisen	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
			PFE	FIT
Mand 1			>94%	>100
Mand 2			>94%	33<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<94%	>100
Mand 4			80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5			>94%	<33
Mand 6	x	ja	80%<PFE<94%	<33
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit