



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier mondmaskers - Chirurgisch masker IIR

Lotnummer	1634
Leverancier/Terugkoppelen aan	
Productnaam of naam fabrikant	Peninsula Disposable Surgical Mask
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	IIR

AH/RIVM	Spattest	BFE
Datum: 7-7-20	Datum: 13-07-2020	Datum: 21-07-2020
☐ Pass ☐ Fail ☒ On Hold ☒ Spattest ☒ BFE	☒ Pass ☐ Fail ☐ On Hold	☒ Pass ☐ Fail ☐ On Hold
Uitleg indien On Hold: Documentatie was niet aanwezig; opgevraagd door 5.1.2e dd 24-07-2020. Beoordeling in kwaldoc gezet.	Uitleg indien On Hold:	Uitleg indien On Hold:

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen: Maskers zien er qua uiterlijk anders uit (randafwerking, wel/geen stoppers voor neusbeugel). Documentatie niet herleidbaar naar product geen IIR			

Eindbeoordeling

Datum: 27-07-2020

Artikelnummer VWS	Quality Check:
☒ 974 (Earloops) ☐ 984 (Lint)	☐ Goedgekeurd ☒ Afkeur
Algemene bevindingen: Uiterlijk wisselt; documentatie niet herleidbaar tot product.	



Rijksinstituut voor Volksgezondheid

en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid

Welzijn en Sport

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel over de kwaliteit van producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het RIVM en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeltelijk worden meedelen. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht het RIVM hiervan in kennis te stellen en de rapportage te verwijderen.