



Eindbeoordelingsformulier mondkmaskers - Chirurgisch masker IIR

Lotnummer	1723
Leverancier/Terugkoppelen aan	
Productnaam of naam fabrikant	Medical Face Mask Hunan Triplex Precision
Type mondkmasker (volgens de fabrikant)	IIR

AH/RIVM	Spattest	BFE
Datum: 15-6-2020	Datum: 10-7-2020	Datum: 20-07-2020
☐ Pass ☐ Fail ☐ On Hold ☒ Spattest ☒ BFE	☒ Pass ☐ Fail ☐ On Hold	☒ Pass ☐ Fail ☐ On Hold
Uitleg indien On Hold:	Uitleg indien On Hold:	Uitleg indien On Hold:

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen: In documentatie staat dat het product niet geschikt is om op operatiekamer te gebruiken.			

Eindbeoordeling

Datum: 27-07-2020

Artikelnummer VWS	Quality Check:
☒ 974 (Earloops) ☐ 984 (Lint)	☐ Goedgekeurd ☒ Afkeur
Algemene bevindingen: Afkeur op documentatie. Testrapporten zijn niet te herleiden naar het product.	