



Eindbeoordelingsformulier mondkmaskers - Chirurgisch masker IIR

Lotnummer	A078
Leverancier/Terugkoppelen aan	Zogear
Productnaam of naam fabrikant	Shanghai Zogear industries Co. LTD.
Type mondkmasker (volgens de fabrikant)	EN 14683 – type 2R

AH/RIVM	Spattest	BFE
Datum:13-07-2020	Datum: 17-07-2020	Datum: nvt
☐ Pass ☒ Fail ☐ On Hold ☒ Spattest ☒ BFE	☒ Pass ☐ Fail ☐ On Hold	☐ Pass ☐ Fail ☐ On Hold
Uitleg indien On Hold: 13-7: documentatie opgevraagd vanwege aanpassing opdruk op masker	Uitleg indien On Hold:	Uitleg indien On Hold: BFE gecancelled door VWS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Algemene bevindingen:

Aanvullende document beoordeling 16-07-2020: Er zijn veel documenten die aangeven dat Zogear maskers voldoen aan de eisen. Het is echter niet mogelijk om deze uitkomsten te koppelen aan de Zogear maskers die aan het LCH zijn geleverd. Opvallend is dat er een onderzoek is gedaan door Hyggen, waarbij de deltaP te hoog uitkwam (111 Pa/cm²), wat ruim boven de maximaal toegestane waarde uit de norm ligt. Hyggen had daarvoor een verklaring afgegeven, dat dit niet zo erg was, als het masker maar goede filterende eigenschappen had. Ook de certificaten zijn niet specifiek voor chirurgische maskers of de op het certificaat genoemde maskers zijn niet te koppelen aan de Zogear maskers die aan het LCH zijn geleverd.

Eindbeoordeling Datum: 24-07-2020

Artikelnummer VWS	Quality Check:
☒ 974 (Earloops) ☐ 984 (Lint)	☐ Goedgekeurd ☒ Afkeur
Algemene bevindingen: Documentatie niet voldoende te herleiden tot het product.	