

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier mondknaskers - Chirurgisch masker IIR

Lotnummer	A087
Leverancier/Terugkoppelen aan	Zogear
Productnaam of naam fabrikant	Shanghai Zogear industries Co. LTD.
Type mondknasker (volgens de fabrikant)	EN 14683 – type 2R

AH/RIVM	Spattest	BFE
Datum:	Datum:	Datum:
☐ Pass ☐ Fail ☒ On Hold ☒ Spattest ☒ BFE	☐ Pass ☐ Fail ☐ On Hold	☐ Pass ☐ Fail ☐ On Hold
Uitleg indien On Hold: Neusvleugel plastic	Uitleg indien On Hold:	Uitleg indien On Hold:

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			
Algemene bevindingen: Neusvleugel plastic blijft niet goed zitten. Masker in de variant zonder logo.			

Eindbeoordeling

Datum:

Artikelnummer VWS	Quality Check:
☒ 974 (Earloops) ☐ 984 (Lint)	☐ Goedgekeurd ☒ Afkeur
Algemene bevindingen: Neusvleugel plastic blijft niet goed zitten. Masker in de variant zonder logo.	

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020