

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier mondklappers - Chirurgisch masker IIR

Lotnummer	B0003
Leverancier/Terugkoppelen aan	Zogear
Productnaam of naam fabrikant	Shanghai Zogear industries Co. LTD.
Type mondklapper (volgens de fabrikant)	EN 14683 – type 2R

AH/RIVM	Spattest	BFE
Datum: 18-07-2020	Datum: 20-7-2020	Datum: niet verricht
☐ Pass ☐ Fail ☒ On Hold ☒ Spattest ☒ BFE	☐ Pass ☒ Fail ☐ On Hold	☐ Pass ☐ Fail ☐ On Hold
Uitleg indien On Hold: 13-7: documentatie opgevraagd vanwege aanpassing opdruk op masker	Uitleg indien On Hold:	Uitleg indien On Hold:

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen: - Lengte masker (na uitvouwen) variabel; - Afwerking (soort stof, randafwerking, lengte / soort oorelastieken, ontbreken anti fog rand) - Neusbeugel (lengte, positie, vormvastheid) - Lijkt zeer op eerder beoordeelde LOT's van Zogear			

Eindbeoordeling

Datum: 20-7-2020

Artikelnummer VWS	Quality Check:
☒ 974 (Earloops) ☐ 984 (Lint)	☐ Goedgekeurd ☒ Afkeur
Algemene bevindingen: het masker komt niet door de spattest heen. De BFE is daarom niet verricht. De fabrikant heeft eerder geen geldige documentatie of certificaten kunnen overleggen.	

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020