

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

### Eindbeoordelingsformulier mondknaskers - Chirurgisch masker IIR

Lotnummer	B0006
Leverancier/Terugg koppelen aan	Zogear
Productnaam of naam fabrikant	Shanghai Zogear industries Co. LTD.
Type mondknasker (volgens de fabrikant)	EN 14683 – type 2R

AH/RIVM	Spattest	BFE
Datum:	Datum: 30-07-2020	Datum:
<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold <input checked="" type="checkbox"/> Spattest <input checked="" type="checkbox"/> BFE	<input type="checkbox"/> Pass <input checked="" type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input checked="" type="checkbox"/> On Hold
Uitleg indien On Hold: 13-7: documentatie opgevraagd vanwege aanpassing opdruk op masker	Uitleg indien On Hold:	Uitleg indien On Hold: BFE gecancelled door VWS.

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen: Neusvleugel plastic blijft niet goed zitten. Masker in de variant zonder logo.			

#### Eindbeoordeling

Datum: 31-07-2020

Artikelnummer VWS	Quality Check:
<input checked="" type="checkbox"/> 974 (Earloops) <input type="checkbox"/> 984 (Lint)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
Algemene bevindingen: Neusvleugel plastic blijft niet goed zitten. Fail op spattest. Masker in de variant zonder logo.	

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020