Beoordelingsformulier voor de spattest

Datum	28 mei 2020
Inkoopnummer (indien bekend)	
Lotnummer/X-nummer/Z-nummer	370B
Leverancier/Afzender	
Productnaam of naam fabrikant	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	

Conditionering (indien van toepassing):

Conditionering uitgevoerd	☐ Ja	☒ Nee
Aanvang conditionering (Datum & tijd)		
Einde conditionering (Datum & tijd)		

Spattest

Er worden bij voorkeur 32, maar minimaal 16, maskers getest. Maximaal 3 (32 maskers), en 2 (16 maskers) fails worden geaccepteerd voor een pass.

Masker	Pass	Fail	Masker	Pass	Fail
1	☒	☐	17	☒	☐
2	☒	☐	18	☒	☐
3	☒	☐	19	☒	☐
4	☒	☐	20	☒	☐
5	☒	☐	21	☒	☐
6	☒	☐	22	☒	☐
7	☒	☐	23	☒	☐
8	☒	☐	24	☒	☐
9	☐	☒	25	☒	☐
10	☒	☐	26	☒	☐
11	☒	☐	27	☒	☐
12	☒	☐	28	☒	☐
13	☒	☐	29	☒	☐
14	☒	☐	30	☒	☐
15	☒	☐	31	☒	☐
16	☒	☐	32	☒	☐

Aantal gemeten maskers: 32

Aantal fails: **1**

Uitslag Spattest

☒ **PASS**

☐ **FAIL**