1678119

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	18-05-2020
Lotnummer	957
Leverancier	MJH International
Productnaam of naam fabrikant	[CH] 2020-0010-10L01
Productiedatum	mei 2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	91 %	P1
0,5	96 %	P2

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	nvt	200+
Testpersoon 2	<10	140
Testpersoon 3	<10	260+
FFP2	☐ FAIL	☒ PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			—
Oordeel AH/TOXI			—

Algemene bevindingen: Er zitten maskers tussen met maar 3 laagjes. Overige 4 laagjes. Lijken goed. Fittest kwal met clip en hoge score

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
958	☐ Goedgekeurd ☒ Afkeur ☐ On Hold	

Algemene bevindingen:

VARIABELE KWALITEIT

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7	X	Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Particle Penetration by Kalibra

Datum	19 mei 2020
Inkoopnummer	302415
LOT/X-nummer	957

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Faill t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Faill t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	78%	Fail P1	90%	Pass P1
Masker 2	100%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 3	96%	Pass P2	99%	Pass P3
Totaal gemiddelde	91%	Pass P1	96%	Pass P2

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	47 Pa	< 240 Pa	Pass
Masker 2	174 Pa		Pass
Masker 3	100 Pa		Pass

Eindoordeel > 0,3
Voldoet aan P1
Eindoordeel > 0,5
Voldoet aan P2

WEMA

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Fittest by RIVM

Datum	19/5
LOT/X-nummer	957

Fit factor real time test < 10	☑ Ja, test alleen met Clip	☐ Nee, test zonder en met clip of kam

	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
Tester:	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. 5.1.2e	doos 1	nvt		200+
2. 5.1.2e	Te ruim, gelijdt van gezicht af	<10		140
3. 5.1.2e	Valt zum	<10		200+
4.				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?				Nee
			Is één clip voldoende?	Ja

Doos 2

Doos 3

Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)

Zit oh met clip wel na 10 min de veilbare ademweerstand

Type FFP Masker	FFP2 - 6h pas
Fit test **(FAIL of PASS)**	

5.1.2e

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwa betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapp worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht len en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer	302415	**LOT-nummer**	957
Datum uitvoering check	19-05-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	HUATE (HJ) H International		
Productnaam of naam fabrikant	CH2020-0010-Tc01 - HT9510		
Productiedatum	09-05-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			

Advies:

Type masker bij uitgifte:

Werkwijze:
RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygienisten	PFE test bevat masker met maar 3 lagen (i.p.v. 4 lagen): 78% Fittest met inzet v/d clip is wel goed 3 v/d 3 scoren >100. Neusklem wel flexibel. Elastiek oké

	BINNENDOOS/PLASTICZAK			
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	50		
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde, maar wel doorlijn geopend. ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:		
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	HY 9570 - Disposable particle filtering half mask.		
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	HUAJE - Guangzhou		
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☐ Ja	☒ Nee	
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☐ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☒ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☐ EN 14683 (Surgical) ☐ Y 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☒ GB2626-2006 ☑ Anders: ISO 9001:2015 ☐ Geen		
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☒ Staat op de doos ☐ Los in de doos ☐ Ontbreekt		
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☒ Ja	☐ Nee	☒ N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op *binnendoos/plasticzak* (shelf life max. 5 jaar)	☒ Ja 3 years	☐ Nee	

Bijzonderheden:

	VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	☐ Ja	☑ Nee
	Zo ja: 50 stuks in transparante zak in doos		
2	Hoe is de verpakking te openen?	☑ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk	
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☐ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af: ☒ nvt	

Bijzonderheden:

	HET MASKER			
1	Algemene indruk masker?	☐ Integriteit in orde ☒ Integriteit niet in orde, omdat: -masken resolutkend: 3 of 4 lagen -neusstuk scheef in masker (vouw + lang komt,		
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos?	☐ Ja ☐ Ontbreekt ☒ Nee, het volgende wijkt af: vorm bij bovenste elastiek rond ander?		
3	Wat staat er op het masker:	HHATE HT9570 GB2626-2006 KN95		
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat?	☐ Ja	☐ Nee	☒ N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.
4	Is de stof is non woven?	☒ Ja	☐ Nee	
5	Aantal lagen van het masker: masker deel 1 masker 2+3	☒ 1 ☒ 1	☒ 2 mb ☒ mb	☒ 3 ☒ mb ☐ 4 ☒ ☐ 5
6	Heeft het masker een nare geur?	☐ Ja	☒ Nee enkel beetje	
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd?	☐ Met hoofdbanden ☒ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes		
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast?	☒ Erop gestanst ☐ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐ Vast d.m.v.		
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken?	☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los		
10	Neusstuk	☒ Metaal in de stof ☐ Metaal aan de buitenlant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐		

Bijzonderheden:

zie fitheet

	DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☐ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☐ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☐ Niet ☐ Neus ☐ Kin ☐ Zijkant ☐ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☐ Masker blijft op zijn plek ☐ Masker verschuift ☐

Bijzonderheden:

Het inzet v/d clip is de fit erg goed.
3 v/d 3 > 100. Zelfs 2x 200+

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e Datum: 18-5-2020

Aantal inkooporder/pakbon _____ Lotnummer 957

Aantal pallets	~~25~~ 25
Totaal stuks	499.000
Aantal samples	150
Totaal aantal na samples	498850
Aantal per pallet	20.000
Aantal per doos	1000
Aantal per verpakkingseenheid	50

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon **JA / NEE**

Zo niet **Telling bevestigd door** Naam: _____

Paraaf: _____

Artikelnummer: 974 Inkooporder nummer 302415

LCH-nummer LCH 2020-0010-1001

Kwaliteitscontrole RIVM **JA / NEE**

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:
samples zijn uit 1 beschadigde doos gepakt.

Locatie: 21-114-3 t/m 21-162-3 - ingeboekt door:

1678119

VRACHTNOTA (B1) / BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor afzender)

uitsluitend voor ongeregeld vervoer - ministeriële regeling 27-12-04/HDJZ/S&W2004-2842

bevr. code	
	FRANCO
netto vracht	
totaal	
omz. bel.	
vracht incl. o.b.	

het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te amsterdam en rotterdam gedeponeerde algemene vervoercondities 2002, laatste versie.

. LOGISTICS BV
AIRBORNE AVENUE 65
2133 LV HOOFDDORP
Tel. 5.1.2e

71500215/00

aan 5.1.2h MEDIQ
5.1.2h
5.1.2h

afle 5.1.2h /MEDIQ
5.1.2h
5.1.2h

comp.nr afz.	code verv.	frankeringsvoorschrift	per	plaats van afzending	datum
		ONFRANCO		OTX LOGISTICS BV	(RTO15/05/2020

ruimte bestemd voor omschrijving goederen: aantal, verpakking, soort, gewicht en opmerkingen

71500215/00

AWB : 784-43142153

HAWB: ACA120101752

499 CTNS 3,357.0 Kg 36,000 M3

Afmetingen (in cm) :	Lengte x	Breedte x	Hoogte
0 :	0	0	0

AANLEVEREN OP 18/05/2020 TUSSEN 11:00 EN 11:01 UUR.

Opmerkingen : LCH2020-0010-10

OP EUROPALLETS MAX 1.90 / INCL PALLET

GELADEN OP 25 EUROPALLETS

25 EUROPALLETS GERUILD

Totaal : 499 Colli 3.357,0 Kg 36,000 M3

niet voor rembourszendingen
in de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening en ontvangst der zending met gelijk 5.1.2e

5.1.2h 5.1.2h

5.1.2e

OVAL

JH ZORG

MAROWIJNE 23
1689 AR ZWAAG, THE NETHERLANDS
Tel 5.1.2e

Datum 18-5-2020

Afleveradres:
Mediq Nederland BV
5.1.2h
t.a.v. LCH - 5.1.2e
5.1.2h
5.1.2h
NEDERLAND
Contactpersoon Mediq 5.1.2e 5.1.2e

PAKLIJST BEHORENDE BIJ MJH FACTUUR 20400146

Artikelnummer	Ordernummer	Omschrijving	CTN NO.	NO. OF CTN	QTY PER EXP. BOX	TOTAL QTY	G.W KGS	N.W. KGS	MEASUREMENT CM
MJHZFFP2MASKER	LCH2020-0010-10L01	FFP2 KN95 Mond Maskers	1 - 499	499	1000	499.000	6,6	5,3	67,0 x 31,0 x 34,0
				499		499.000			

TOTAL VOLUME : 35,31 CBM
TOTAL WEIGHT: 3300,0 KGS (G.W.)
2650,0 KGS (N.W.)

MJH INTERNATIONAL BV

Authorized Signature

From [redacted] [mailto: [redacted]@icloud.com]
Sent: maandag 18 mei 2020 14:38
To: [redacted] slimstock.com>
Cc: [redacted]lchulpmiddelen.nl
Subject: Re: LCH2020-0010-10L01 geen 2R maskers maar FFP2

FFP2 is juist [redacted]

Een hartelijke groet van [redacted]

[redacted]
Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)
Distributie

M. [redacted]
E. [redacted]@icloud.com
E: [redacted]@lchulpmiddelen.nl

Op 18 mei 2020, om 14:33 heeft [redacted]@slimstock.com> het volgende geschreven:

Hoi [redacted]

Ik heb hier een zending FFP2 maskers staan echter zegt de "voorkant" van de distributieApp dat het 2R maskers zijn (is dat verkeerd)?
Het gaat om LCH2020-0010-10L01

<image001.png>

Met vriendelijke groet,
[redacted]
[redacted]

<image002.jpg>
<image003.png> <image004.png> <image005.png> <image006.png>

www.slimstock.com | T. [redacted] | Add me on LinkedIn
Do you want to receive relevant insights? Subscribe to our newsletter
This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). It is not permitted to further distribute, copy or disclose this information to third parties. Slimstock accepts no liability on the basis of the information sent in this e-mail. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract. To all requests, offers, orders and agreements to which Slimstock goods and / or provides services, our terms and conditions apply. These are available on www.slimstock.com/general-conditions.