1678131

Eindbeoordelingsformulier mondmaskers

Chirurgisch masker IIR

Datum	3/6/2020
Lotnummer/X-nummer	1343
Leverancier/Terugkoppelen aan	
Productnaam of naam fabrikant	Disposable Face Mask
Productiedatum	17-5-20
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	Disposable Face Mask IIR

AH/RIVM	Spattest	BFE
Datum: 3-6-20	Datum: 4/6/2020	Datum:
☐ Pass ☐ Fail ☐ On Hold ☒ Spattest Alle 3 kleuren ☒ BFE	☐ Pass ☒ Fail ☐ On Hold	☐ Pass ☐ Fail ☐ On Hold
Uitleg indien On Hold:	Uitleg indien On Hold:	Uitleg indien On Hold:

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			—
Oordeel AH/TOXI			—
Algemene bevindingen:	- verschil tussen alle maskers - 1343-1 spattest - Fout (6 % of 15 maskers).		

Eindbeoordeling

Artikelnummer VWS	Quality Check:
☒ 974 ☒ 984 8/9-6-2020	☐ Goedgekeurd ☒ Afkeur
Algemene bevindingen:	

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		**LOT-nummer**	1343
Datum uitvoering check	3-6-20.		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	Disposable Face Mask.		
Productiedatum	17-5-20.		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM	5.1.2e		

Advies: afkeur

Type masker bij uitgifte: ~~[illegible]~~ 974 9-6-20

Werkwijze:
RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygienisten	→ verschil te zien tussen maskers → andere stans lot 1360 = afgekeurd op geur ✓ en neusbeugel zelfde soort masker.

	BINNENDOOS/PLASTICZAK			
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	50.		
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:		
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	Disposable Face mask		
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	V Shine.		
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☐ Ja	☐ Nee	
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☐ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☐ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☒ EN 14683 (Surgical) IIR. ☐ YY 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☐ GB2626-2006 ☐ Anders:.... ☐ Geen		
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☒ Staat op de doos ☐ Los in de doos ☐ Ontbreekt		
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☒ Ja	☐ Nee	☒ N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op *binnendoos/plasticzak* (shelf life max. 5 jaar)	☒ Ja	☐ Nee	

Bijzonderheden:

	VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	☐ Ja	☒ Nee
	Zo ja:		
2	Hoe is de verpakking te openen?	☐ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk	
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☐ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:	

Bijzonderheden:

	HET MASKER				
1	Algemene indruk masker?	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:			
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos?	☒ Ja ☐ Ontbreekt ☐ Nee, het volgende wijkt af:			
3	Wat staat er op het masker:				
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat?	☐ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.	
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?	☐ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.	
4	Is de stof is non woven?	☒ Ja	☐ Nee		
5	Aantal lagen van het masker:	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5
6	Heeft het masker een nare geur?	☐ Ja	☒ Nee		
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd?	☐ Met hoofdbanden ☒ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes			
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast?	☒ Erop gestanst ☐ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐ Vast d.m.v.			
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken?	☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los			
10	Neusstuk	☐ Metaal in de stof ☒ Kunststof met metalen kern in de stof ☐ Kunststof in de stof ☐ Metaal aan de buitenlant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐			

Bijzonderheden:

- verschillende binnenmaten.

	DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☒ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☐ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☐ Niet ☐ Neus ☐ Kin ☐ Zijkant ☒ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☐ Masker blijft op zijn plek ☒ Masker verschuift ☐
5	Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min?	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
6	Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is?	15,5 cm.
7	Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem?	10 cm.

Bijzonderheden:

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Beoordelingsformulier voor de spattest

Datum	09-06-2020
Inkoopnummer (indien bekend)	
Lotnummer/X-nummer/Z-nummer	1343-1
Leverancier/Afzender	
Productnaam of naam fabrikant	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	

Conditionering (indien van toepassing):

Conditionering uitgevoerd	☒ Ja	☐ Nee
Aanvang conditionering (Datum & tijd)	8-6	
Einde conditionering (Datum & tijd)	9-6 13:40	

Spattest

Er worden bij voorkeur 32, maar minimaal 16, maskers getest. Maximaal 3 (32 maskers), en 2 (16 maskers) fails worden geaccepteerd voor een pass.

Masker	Pass	Fail	Masker	Pass	Fail
1	☒	☐	17	☐	☐
2	☒	☐	18	☐	☐
3	☒	☐	19	☐	☐
4	☒	☐	20	☐	☐
5	☒	☐	21	☐	☐
6	☒	☐	22	☐	☐
7	☒	☐	23	☐	☐
8	☐	☒	24	☐	☐
9	☐	☒	25	☐	☐
10	☒	☐	26	☐	☐
11	☒	☒	27	☐	☐
12	☒	☐	28	☐	☐
13	☒	☒	29	☐	☐
14	☒	☒	30	☐	☐
15	☒	☒	31	☐	☐
16	☐	☐	32	☐	☐

Aantal gemeten maskers: 15

Aantal fails: **6**

Uitslag Spattest

☐ **PASS**

☒ **FAIL**

Beoordelingsformulier voor de spattest

Datum	09-06-2020
Inkoopnummer (indien bekend)	
Lotnummer/X-nummer/Z-nummer	1343-2
Leverancier/Afzender	
Productnaam of naam fabrikant	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	

Conditionering (indien van toepassing):

Conditionering uitgevoerd	☒ Ja	☐ Nee
Aanvang conditionering (Datum & tijd)	8-6	
Einde conditionering (Datum & tijd)	9-6 14:05	

Spattest

Er worden bij voorkeur 32, maar minimaal 16, maskers getest. Maximaal 3 (32 maskers), en 2 (16 maskers) fails worden geaccepteerd voor een pass.

Masker	Pass	Fail	Masker	Pass	Fail
1	☒	☐	17	☒	☐
2	☒	☐	18	☒	☐
3	☒	☐	19	☒	☐
4	☒	☐	20	☐	☒
5	☒	☐	21	☒	☐
6	☒	☐	22	☒	☐
7	☒	☐	23	☒	☐
8	☒	☐	24	☒	☐
9	☒	☐	25	☒	☐
10	☒	☐	26	☒	☐
11	☐	☒	27	☒	☐
12	☒	☐	28	☒	☐
13	☒	☐	29	☒	☐
14	☒	☐	30	☒	☐
15	☒	☐	31	☒	☐
16	☒	☐	32	☒	☐

Aantal gemeten maskers: 32

Aantal fails: **2**

Uitslag Spattest

☒ **PASS**

☐ **FAIL**

Beoordelingsformulier voor de spattest

Datum	09-06-2020
Inkoopnummer (indien bekend)	
Lotnummer/X-nummer/Z-nummer	1343-3
Leverancier/Afzender	
Productnaam of naam fabrikant	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	

Conditionering (indien van toepassing):

Conditionering uitgevoerd	☒ Ja	☐ Nee
Aanvang conditionering (Datum & tijd)	8-6	
Einde conditionering (Datum & tijd)	9-6 14:50	

Spattest

Er worden bij voorkeur 32, maar minimaal 16, maskers getest. Maximaal 3 (32 maskers), en 2 (16 maskers) fails worden geaccepteerd voor een pass.

Masker	Pass	Fail	Masker	Pass	Fail
1	☒	☐	17	☒	☐
2	☒	☐	18	☒	☐
3	☒	☐	19	☒	☐
4	☒	☐	20	☒	☐
5	☒	☐	21	☒	☐
6	☒	☐	22	☒	☐
7	☒	☐	23	☒	☐
8	☒	☐	24	☒	☐
9	☒	☐	25	☒	☐
10	☒	☐	26	☒	☐
11	☒	☐	27	☒	☐
12	☒	☐	28	☒	☐
13	☒	☐	29	☒	☐
14	☒	☐	30	☒	☐
15	☒	☐	31	☒	☐
16	☒	☐	32	☒	☐

Aantal gemeten maskers: 32

Aantal fails: **0**

Uitslag Spattest

☒ **PASS**

☐ **FAIL**

Particle Penetration by Kalibra

Datum	02-06-2020.
Inkoopnummer	303244.
LOT/X-nummer	1343.

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Faill t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Faill t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	78%	Fail	91%	Pass P1
Masker 2	60%	Fail	74%	Fail.
Masker 3	74%	Fail.	85%	Pass P1

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	99	< 240 Pa	Pass
Masker 2	61		Pass
Masker 3	34		Pass.

Eindoordeel > 0,3:

☐ <80% fail

☐ 80-93% voldoet P1

☐ 94%-97% voldoet aan P2

☐ 98% voldoet aan P3

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e Datum: 02-06-20

Aantal inkooporder/pakbon Lotnummer 1343

Aantal pallets	6
Totaal stuks	120.000
Aantal samples	150
Totaal aantal na samples	119.850

Aantal per pallet	20.000
Aantal per doos	2000
Aantal per verpakkingseenheid	50

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon **JA / NEE**

Zo niet **Telling bevestigd door** Naam:

Paraaf:

Artikelnummer: 974 Inkooporder nummer 3032444

LCH-nummer LCH2020-0208-01L02

Kwaliteitscontrole RIVM **JA / NEE**

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie: - - ingeboekt door:

018-115-02
t/m 125-02
018-~~131~~-02

1678131

2

Exemplaire pour **destinataire**
Exemplaar voor **geadresseerde**
Exemplar für **Empfänger**

LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT
VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT

CMR AVC-2002

Code transporteur / Vervoerderscode / Code Frachtführer No / Nr: 12989

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) / Absender (Name, Anschrift, Land)
KLM Cargo

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen zijn het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.

NL

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.
De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, zijn door sVa / Stichting Vervoeradres gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) / Empfänger (Name, Anschrift, Land)
Bos-
SCHIPHOL

16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
Henri Verkleij Transport
Rietkraag 9 - 3411 GN Lopik - NL
Mobiel: 5.1.2e
1.2i Functionele emailadresse @gmail.com

3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)
SCHIPHOL NL

17 Transporteurs successifs / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) / Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)
SCHIPHOL NL

18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder / Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers

5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten / Beigefügte Dokumente

6 Marques et numéros / Merken en nummers / Kennzeichen und Nummern	7 Nombre de colis / Aantal colli / Anzahl der Packstücke	8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking / Art der Verpackung	9 Nature de la marchandise / Aard der goederen / Bezeichnung des Gutes	10 No statistique / Statistisch nummer / Statistiknummer	11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg	12 Cubage m3 / Volume in m3 / Umfang in m3
	32 x	pallets	meloene goederen			
074-3648-3930-LCH 2020-0045-01	10 x					
074-3648-3974-LCH 2020-0092-13	16 x					
074-3648-3985-LCH 2020-0208-01	6 x					

13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender / Anweisungen des Absenders
2regel nr: 00353016S

19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten / Besondere Vereinbarungen

20 A payer par / Te betalen door / Zu zahlen von:	Expéditeur / Afzender / Absender		Monnaie / Geldsoort / Währung		Destinataire / Geadresseerde / Empfänger	
Prix de transport / Vrachtprijs / Fracht:						
Réductions / Kortingen / Ermäßigungen: –						
Solde / Saldo / Zwischensumme:						
Suppléments / Supplementen / Zuschläge:						
Frais accessoires / Bijkomende kosten / Nebengebühren: +						
TOTAL / TOTAAL / GESAMTSUMME:						

14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift / Frachtzahlungsanweisungen
☐ Franco / Frei
☐ Non franco / Niet franco / Unfrei

21 Etablie à / Opgemaakt te / Ausgefertigt in: 29-5-20 le / de / am: SCHIPHOL

15 Remboursement / Rückerstattung

22 Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders

23 5.1.2e
Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers

24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen / Gut empfangen
Lieu / Plaats / Ort: le / de / am: 5.1.2e
Signature et timbre du destinataire / Handtekening en stempel van de geadresseerde / Unterschrift und Stempel des Empfängers

LA 4Z NN

Model IRU / Auteursrecht sVa / Stichting Vervoeradres - 's-Gravenhage — www.beurtvaartadres.nl — Tel. 5.1.2e — Uitgave **Beurtvaartadres** — versie 3.2 Art. 3002

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingerahmten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden — 19+21+22 — y compris et / inbegrepen / einschließlich — 1-15

A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders