

## Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	18-05-2020
Lotnummer	957
Leverancier	MJH International
Productnaam of naam fabrikant	LCM 2020-0010-10L01
Productiedatum	mei 2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FF2P

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	91 %	P1
0,5	96 %	P2

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	nut	200+
Testpersoon 2	<10	140
Testpersoon 3	<10	260+
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL	<input checked="" type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Algemene bevindingen: ER zitten maskers tussen met maar 3 laagjes. Overige 4 laagjes lijken goed. Fittest had met clip een hoge score

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
958	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen: VARIABLE KWALITEIT		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7	X	Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

\* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

## Particle Penetration by Kalibra

Datum	19 mei 2020
Inkoopnummer	302415
LOT/X-nummer	957

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	78%	Fail P1	90%	Pass P1
Masker 2	100%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 3	96%	Pass P2	99%	Pass P3
<b>Totaal gemiddelde</b>	91%	Pass P1	96%	Pass P2

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	47 Pa	< 240 Pa	Pass
Masker 2	174 Pa		Pass
Masker 3	100 Pa		Pass

<b>Eindoordeel &gt; 0,3</b>
Volddet aan P1
<b>Eindoordeel &gt; 0,5</b>
Volddet aan P2

5.1.2e


**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

5.1.2e

## Fittest by RIVM

Datum	19/5
LOT/X-nummer	957

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. <i>Pa</i>	<i>doos 1</i>	<i>nvt</i>		<i>200+</i>
2. 5.1.2e	<i>Te ruim, glijdt van gericht of valt rum</i>	<i>C10</i>		<i>140</i>
3. 5.1.2e		<i>C10</i>		<i>200+</i>
4.				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?				<i>Nee</i>
			Is één clip voldoende?	<i>Ja</i>
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)				
 <i>Zit ok met clip wel na 10 min al voelbare adem weerstand</i>				

Type FFP Masker	<i>#FP2- 5h par</i>	5.1.2e
Fit test (FAIL of PASS)		

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. De rapportage is niet bedoeld om aansprakelijkheid te nemen voor schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de producten. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de producten. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de producten. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de producten.

### Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer	302415	LOT-nummer	957
Datum uitvoering check	19-05-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	HWAITE (M) International		
Productnaam of naam fabrikant	CH2020-0010-1001 - HT9510		
Productiedatum	09-05-2020		
Naam	[Redacted]		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			
<b>Advies:</b>			
Type masker bij uitgifte:			

#### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

#### Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

#### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	<p>PFE test bevat maskers met maar 3 laagjes (1 met blow): 78%          Fittest met inzet vld clip is wel goed          3 vld 3 scoren &gt; 100. Neuskleem wel afgefeld reeds in masker</p>
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>50</i>
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde, <i>maar wel storings</i> <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <i>geopen</i>  <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>H179570-Disposable particle filtering half mask.</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>HUADE - Guangzhou</i>
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input checked="" type="checkbox"/> Anders: <i>1809001:2015</i> <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <i>3 years</i>

## Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: <i>50 stuks in transparante zak in doos</i>	
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>nee</i>

## Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <i>- maskers met dubbelwand: 3 of 4 lagen per - neusstuk in scheef in maskers steek + leuk komt,</i>
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>voor in bij bereikte elastisch rood anders?</i>
3	Wat staat er op het masker: <i>NIATE GB2626-2006 KN95 HT9570</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <i>masker door 1 masker 2+3</i> <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 mb <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <i>1 mb mb mb</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <i>niet beeft</i>
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

*2de fit test*

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	<p>Hoe past het masker op het gezicht?</p> <p><input type="checkbox"/> Goed</p> <p><input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin</p> <p><input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken</p> <p><input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen</p> <p><input type="checkbox"/></p>
2	<p>Waar ontsnapt lucht bij de leaktest</p> <p><input type="checkbox"/> Niet</p> <p><input type="checkbox"/> Neus</p> <p><input type="checkbox"/> Kin</p> <p><input type="checkbox"/> Zijkant</p> <p><input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)</p>
3	<p>Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nee</p> <p><input type="checkbox"/> N.v.t.</p>
4	<p>Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?</p> <p><input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek</p> <p><input type="checkbox"/> Masker verschuift</p> <p><input type="checkbox"/></p>

## Bijzonderheden:

*Met inzet v/d elop is de fit erg goed.  
3 v/d 3 S100 - Zelfs 2x 200+*

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.



## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

18-5-2020

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

957

Aantal pallets

25

Totaal stuks

499.000

Aantal samples

150

Totaal aantal na samples

498.850

Aantal per pallet

20.000

Aantal per doos

1000

Aantal per verpakkingseenheid

50

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

974

Inkooporder nummer

302415

LCH-nummer

LCH 2020-0010-10L01

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Samples zijn uit 1 beschadigde doos gepakt.

Locatie:

21-114-3

4/m

21-162-3

ingeboekt door:

**VRACHTNOTA (B1) / BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor afzender)**

uitsluitend voor ongeregeld vervoer - ministeriële regeling 27-12-04/HDJZ/S&W2004-2842

OTX LOGISTICS BV  
AIRBORNE AVENUE 65  
2133 LV HOOFDDORP  
Tel. 020 5.12e

71500215/00

bevr. code	
	FRANCO
netto vracht	
totaal	
omz. bel.	
vracht incl. o.b.	

het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te amsterdam en rotterdam gedeponeerde algemene vervoercondities 2002, laatste versie.

aan

5.1.2h

5.1.2h

comp.nr afz.	code verv.	frankeringsvoorschrift	per	plaats van afzending	datum
		ONFRANCO		OTX LOGISTICS BV	(RT015/05/2020



71500215/00

AWB : 784-43142153

HAWB: ACA120101752

499 CTNS

3,357.0 Kg 36,000 M3

Afmetingen (in cm) : Lengte x Breedte x Hoogte  
0 : 0 0 0

ruimte bestemd voor omschrijving goederen: aantal, verpakking, soort, gewicht en opmerkingen

AANLEVEREN OP 18/05/2020 TUSSEN 11:00 EN 11:01 UUR.

Opmerkingen : LCH2020-0010-10

OP EUROPALLETS MAX 1.90 / INCL PALLET

GELADEN OP 25... EUROPALLETS

25. EUROPALLETS GERUILD

Totaal : 499 Colli

3.357,0 Kg 36,000 M3

niet voor rembourszendingen in de vracht is verzekering niet begrepen	handtekening zending met g	5.1.2e	angst der	Afz ze Ges	5.1.2e
<b>OVAL</b>					

Centraal Boekhuis BV



**From:** [redacted] [redacted]@icloud.com]  
**Sent:** maandag 18 mei 2020 14:38  
**To:** [redacted] <[redacted]@slimstock.com>  
**Cc:** [redacted]@chulpmiddelen.nl  
**Subject:** Re: LCH2020-0010-10L01 geen 2R maskers maar FFP2

FFP2 is juist [redacted]

Een hartelijke groet van [redacted]

[redacted]  
Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)  
Distributie

M. 06 [redacted]  
E. [redacted]@icloud.com  
E: [redacted]@chulpmiddelen.nl

Op 18 mei 2020, om 14:33 heeft [redacted] <[redacted]@slimstock.com> het volgende geschreven:

Hoi [redacted]

Ik heb hier een zending FFP2 maskers staan echter zegt de "voorkant" van de distributieApp dat het 2R maskers zijn (is dat verkeerd)?  
Het gaat om LCH2020-0010-10L01

<image001.png>

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

---

<image002.jpg>  
<image003.png> <image004.png> <image005.png> <image006.png>

[www.slimstock.com](http://www.slimstock.com) | T. +31(0)570 63 84 00 | [Add me on LinkedIn](#)

Do you want to receive relevant insights? [Subscribe to our newsletter](#)

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). It is not permitted to further distribute, copy or disclose this information to third parties. Slimstock accepts no liability on the basis of the information sent in this e-mail. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract. To all requests, offers, orders and agreements to which Slimstock goods and / or provides services, our terms and conditions apply. These are available on [www.slimstock.com/general-conditions](http://www.slimstock.com/general-conditions).