

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

| | |
|--|-----------------|
| Datum | 2-6 |
| Lotnummer | 1313 |
| Leverancier/LCH-nummer | 1313 |
| Productnaam of naam fabrikant | UG |
| Productiedatum | |
| Type mondmasker (volgens de fabrikant) | g58 |

| Q1 Particle Penetration 0,3 | Percentage | Type P1/P2/P3 |
|-----------------------------|------------|---------------|
| Masker 1 | 94% | P2 |
| Masker 2 | 99% | P1 |
| Masker 3 | 93% | P1 |

| Q2 Fit test | Zonder clip | Met clip |
|---------------|--|----------|
| Testpersoon 1 | ClO | 16p |
| Testpersoon 2 | n.a. | 90% |
| Testpersoon 3 | ClO | 34% |
| FFP2 | <input type="checkbox"/> FAIL <input checked="" type="checkbox"/> PASS | |

| Q3 en Q4 | + | +/- | - |
|-----------------|---|-----|---|
| Oordeel RIVM | | | - |
| Oordeel AH/TOXI | | | - |

| Artikelnummer VWS | Quality Check | Uitleg indien ON HOLD: |
|-----------------------|--|------------------------|
| g58 | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold | |
| Algemene bevindingen: | | |

| Logistiek | Aankruisen | Classificatie | Clip (Ja/Nee) | Specs. | |
|-----------|------------|--|---------------|-------------|--------------|
| | | | | PFE | FIT |
| Mand 1 | | Goedkeur: FFP2 | | >94% | >100 |
| Mand 2 | | Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT | | >94% | 33<FIT<100 |
| Mand 3 | | Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit* | | 80%<PFE<94% | >100 |
| Mand 4 | x | Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57) | Ja | 80%<PFE<94% | 33<FIT<100 |
| Mand 5 | | Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood | | >94% | <33 |
| Mand 6 | | Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood | | 80%<PFE<94% | <33 |
| Mand 7 | | Afkeur: Niet gebruiken | | < 80 | Ongeacht fit |

* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Fittest by RIVM

| | |
|--------------|----------------------|
| Datum | 2 juni |
| LOT/X-nummer | 1330 1312 |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Fit factor real time test < 10 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip | <input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam |
|--------------------------------|--|--|

| Tester: | Zonder clip of kam | | Met clip of kam | |
|--|--------------------|-----------|------------------------|-------|
| | Opmerkingen | Score | Opmerkingen | Score |
| 1 | 5.1.2e | real time | bril bedaat | 160 |
| 2 | | na | | 98 |
| 3 | | Cl | | 34 |
| 4. | | | | |
| Algemeen: (ruim, krap, etc) | | | | |
| Verschuift bij Up & Down/Bending? | | | | Nee |
| | | | Is één clip voldoende? | Ja |
| Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is) | | | | |
| | | | | |

| | |
|-------------------------|------|
| Type FFP Masker | - |
| Fit test (FAIL of PASS) | Pass |

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Particle Penetration by Kalibra

| | |
|--------------|------------|
| Datum | 02-06-2020 |
| Inkoopnummer | 303179. |
| LOT/X-nummer | 1313 |

| Q1 Particle Penetration | Gemiddelde rendement > 0,3 | Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3 | Gemiddelde rendement > 0,5 | Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3 |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Masker 1 | 94% | Pass P2 | 98% | Pass P2 |
| Masker 2 | 89% | Pass P1 | 96% | " P2 |
| Masker 3 | 83% | Pass P1 | 93% | " P1 |

Ademweerstand:

| | Gemeten (< Pa) | Eis (< Pa) | Conclusie |
|----------|----------------|------------|-----------|
| Masker 1 | 98 | < 240 Pa | Pass |
| Masker 2 | 91 | | Pass |
| Masker 3 | 92 | | Pass. |

| Eindoordeel > 0,3: | |
|-------------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <80% fail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 80-93% voldoet P1 |
| <input type="checkbox"/> | 94%-97% voldoet aan P2 |
| <input type="checkbox"/> | 98% voldoet aan P3 |

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

| | | | |
|--|----------|------------|------|
| Inkoopnummer | | LOT-nummer | 1313 |
| Datum uitvoering check | 3-6-2020 | | |
| Leveringsdatum | | | |
| Leverancier | | | |
| Productnaam of naam fabrikant | | | |
| Productiedatum | 20-4-20 | | |
| Naam | 5.1.2e | | |
| Functie | | | |
| Besproken met RIVM | | | |
| Advies: | | | |
| Type masker bij uitgifte: FFP1 met clip | | | |

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Technical data sheet aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| Garantiecertificaat aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| Declaration of conformity aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| Oordeel van RIVM | | |

Prestatie levering

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Oordeel arbeidshygiënisten | FFP2: afkeer op fibrane |
|----------------------------|-------------------------|

| BINNENDOOS/PLASTICZAK | |
|-----------------------|--|
| 1 | Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>20</i> |
| 2 | Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl: |
| 3 | Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>Respiratormaskers</i> |
| 4 | Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>Jiangsu Weichuang New Materials Co.</i> |
| 5 | Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| 6 | Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen |
| 7 | Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt |
| 8 | Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t. |
| 9 | Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |

Bijzonderheden:

| VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER | |
|------------------------------------|---|
| 1 | Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Zo ja: <i>pers</i> |
| 2 | Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk |
| 3 | Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: |

Bijzonderheden:

| HET MASKER | |
|------------|--|
| 1 | Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: |
| 2 | Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: |
| 3 | Wat staat er op het masker: KNGS - |
| | Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| | Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| 4 | Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| 5 | Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 |
| 6 | Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| 7 | Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes |
| 8 | Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v. |
| 9 | Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los |
| 10 | Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof met metalen kern in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/> |

Bijzonderheden:

- neusbrug laat sneller.
- randafwerking niet goed.
- opdruk niet altijd even groot.
- filtratie niet constant. → niet goed te zien aan de filterlaag

| DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 1 | Hoe past het masker op het gezicht? | <input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/> |
| 2 | Waar ontsnapt lucht bij de leaktest | <input checked="" type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch) |
| 3 | Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| 4 | Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? | <input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/> |
| 5 | Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <i>→ wel vry slap</i> <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| 6 | Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is? | |
| 7 | Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem? | |

Bijzonderheden:

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

LCH & VWS use only

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

30-5

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

1313

Aantal pallets

2

Totaal stuks

28 800

Aantal samples

60

Totaal aantal na samples

28 740

Aantal per pallet

19 200

Aantal per doos

16 00

Aantal per verpakkingseenheid

20

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

958

Inkooporder nummer

30319g

LCH-nummer

2020-0064-02c

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

ingeboekt door:

017-100-03

2

Exemplaire pour
Exemplaar voor
Exemplar für

destinataire
geadresseerde
Empfänger

LETTRÉ DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT
VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT



Code transporteur
Vervoerderscode
Code Frachtführer

| | |
|--|--|
| <p>1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) Absender (Name, Anschrift, Land)</p> <p>Best Global Logistics B.V. Lijnden Singaporestraat 1-3 1175 RA Lijnden The Netherlands</p> | <p>Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen zijn het CMR-verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoerscondities 2002, laatste versie, van toepassing.</p> <p>AMS-AI-006189</p> <p>Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoerscondities 2002, laatste versie, van toepassing. De Algemene Vervoerscondities 2002, laatste versie, zijn door sVa / Stichting Vervoersadres gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.</p> |
| <p>2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land)</p> <p>5.1.2h</p> | <p>16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Adresse, Land)</p> <p>Airport Freight Handling B.V. Aalsmeerderweg 537A 1437 EG Rozenburg / Schiphol The Netherlands</p> |
| <p>3 Lieu prévu par la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)</p> <p>Vianen, NL</p> | <p>17 Transporteurs successifs / Opvolgende vervoerders Nachfolgende Frachtführer</p> |
| <p>4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen / Ort und Tag der Übernahme des Gutes</p> <p>Lijnden, NL</p> <p>Jun 1, 2020</p> | <p>18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de Vervoerder / Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers</p> |
| <p>5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten Beigelagte Dokumente</p> | |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|
| <p>6 Marques et numéros Merken en nummers Kennzeichen und Nummern</p> | <p>7 Nombre de colis Aantal coli Anz. Packstücke</p> | <p>8 Mode d'emballage Wijze van verpakking Art der Verpackung</p> | <p>9 Nature de la marchandise Aard der goederen Bezeichnung des Gutes</p> | <p>10 No. statistique Statistisch nummer Statistiknummer</p> | <p>11 Poids brut Bruto gewicht Bruttogewicht</p> | <p>12 Cubage Volume Umfang</p> |
| AMS-AI-006189 / 074-36483683 | | 18 CT | KN95 RESPIRATORY PROTECTION MASK | | 197,0 | 2,000 |

Nalevering van 18 dozen,
totale partij van 625 dozen LCH2020-0148-01 / 2020-0148-02

op de dozen staat
LCH 2020 - 0064-02

Total: 18 197,0 2,000

| | |
|---|--|
| <p>13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders</p> | <p>19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten Besondere Vereinbarungen</p> |
|---|--|

| <p>14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift / Frachtzahlungsanweisungen</p> <p>X Franco / Frei Non franco / Niet franco / Unfrei</p> <p>Francisco</p> | <table border="1"> <tr> <th>20 A payer par / Te betalen door / Zu zahlen von:</th> <th>Expéditeur / Afzender Absender</th> <th>Monnaie / Geldsort Währung</th> <th>Destinataire / Geadresseerde / Empfänger</th> </tr> <tr> <td>Prix de transport / Vracht-prijs / Fracht:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reductions / Kortingen Ermäßigungen:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Soit / Saldo Zwischensumme:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suppléments / Supplementen Zuschläge:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frais accessoires / Bijkomende kosten / Nebengebühren:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL / TOTAAL GESAMTSUMME:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 20 A payer par / Te betalen door / Zu zahlen von: | Expéditeur / Afzender Absender | Monnaie / Geldsort Währung | Destinataire / Geadresseerde / Empfänger | Prix de transport / Vracht-prijs / Fracht: | | | | Reductions / Kortingen Ermäßigungen: | | | | Soit / Saldo Zwischensumme: | | | | Suppléments / Supplementen Zuschläge: | | | | Frais accessoires / Bijkomende kosten / Nebengebühren: | | | | TOTAL / TOTAAL GESAMTSUMME: | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| 20 A payer par / Te betalen door / Zu zahlen von: | Expéditeur / Afzender Absender | Monnaie / Geldsort Währung | Destinataire / Geadresseerde / Empfänger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prix de transport / Vracht-prijs / Fracht: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reductions / Kortingen Ermäßigungen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soit / Saldo Zwischensumme: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suppléments / Supplementen Zuschläge: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais accessoires / Bijkomende kosten / Nebengebühren: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL / TOTAAL GESAMTSUMME: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>21 Etablie à / Opgemaakt te Ausgefertigt in</p> <p>Lijnden, NL</p> | <p>le / de am</p> <p>May 29, 2020</p> |
|---|---|

| | | |
|---|--|---------------|
| <p>22</p> <p>5.1.2e</p> <p>Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders</p> | <p>23 Airport Freight Handling B.V. Aalsmeerderweg 537A 1437 EG Rozenburg / Schiphol The Netherlands</p> <p>Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers</p> | <p>5.1.2e</p> |
|---|--|---------------|

A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur / In te vullen onder verantwoordelijkheid van der afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders
 1-15 y compris et / inbegrepen
 19+20+21 Les parties encadrées des lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingerahmten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

30-5

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

1313

Aantal pallets

2

Totaal stuks

28 800

Aantal samples

60

Totaal aantal na samples

28 740

Aantal per pallet

19 200

Aantal per doos

16 00

Aantal per verpakkingseenheid

20

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

950

Inkooporder nummer

303199

LCH-nummer

2020-0064-02C

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

017-100-03

ingeboekt door: