

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	
Lotnummer	1257
Leverancier/LCH-nummer	2020-0069-02
Productnaam of naam fabrikant	UG
Productiedatum	20-9-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	958

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Type P1/P2/P3
Masker 1	89%	P1
Masker 2	97%	P2
Masker 3	95%	P2

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	<16 r.f.	21
Testpersoon 2	24	38
Testpersoon 3	<16 r.f.	100
FFP2	☐ FAIL ☐ PASS	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
958	☐ Goedgekeurd ☒ Afkeur ☐ On Hold	
Algemene bevindingen: PFE voldoet niet. Masker zijn versleten en buitenzijde anders materiaal, rand, opbouw, formaat. Fit voldoet wel 2/3 > 33; met inzet 1/3 clip.		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4	X	Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)	Ja	80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer	303104	LOT-nummer	1257
Datum uitvoering check	29/5/2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	Changshu Heng Yun V6 WCL-0075		
Productnaam of naam fabrikant	KN95 Respirator Masker		
Productiedatum	20-4-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie			
Besproken met RIVM			

Advies: Afkeuren

Type masker bij uitgifte: nvt.

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	PFE test heeft bij 100% P1 kwaliteit Maskers zijn verschildend: buitenzijde stof; rand: maskering; elastics snijden. Formaat overeenkomstig KN95 Fitteit voldoet (2 1/3 333) met in zet val clip
--------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK			
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	20 stuks; per 5 stuks in transparante folie	
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde; wel geopend. ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:	
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	KN 95 Respirator Masker	
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Changshu Heng Yan	
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☐ Ja	☒ Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☐ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☒ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☐ EN 14683 (Surgical) ☐ YY 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☒ GB2626-2006 ☐ Anders:.... ☐ Geen	
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☒ Staat op de doos ☒ Los in de doos ☐ Ontbreekt	
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☒ Ja	☐ Nee ☒ N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	☒ Ja 2 years	☐ Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	☒ Ja ☐ Nee
	Zo ja: <i>Per 5 stuks in folie verpakt</i>	
2	Hoe is de verpakking te openen?	☒ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☒ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? ☐ Integriteit in orde ☒ Integriteit niet in orde, omdat: <i>productie de maskers</i> <i>- stof buitenzijde vervuild</i> <i>- er is een klein + groot lek</i> <i>- wisselend lang + kort maskers</i>
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? ☒ Ja ☐ Ontbreekt ☐ Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: <i>KN95</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? ☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? ☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
4	Is de stof is non woven? ☒ Ja ☐ Nee
5	Aantal lagen van het masker: <i>uit wil pp</i> ☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☐ 5 <i>2x wafel. wil voor vervellen?</i>
6	Heeft het masker een nare geur? ☐ Ja ☒ Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? ☐ Met hoofdbanden ☒ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? ☒ Erop gestanst ☐ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐ Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? ☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk ☐ Metaal in de stof ☐ Kunststof met metalen kern in de stof ☐ Kunststof in de stof ☒ Metaal aan de buitenkant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐

Bijzonderheden:

zie fitter

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☐ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☐ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leakttest	☐ Niet ☐ Neus ☐ Kin ☐ Zijkant ☐ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☐ Masker blijft op zijn plek ☐ Masker verschuift ☐
5	Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min?	☐ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
6	Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is?	
7	Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem?	

Bijzonderheden:

*De fit is voldoende met inzet van de clip
 2 en 3 hebben een score van >33*


Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

LCH & VWS use only

Fittest by RIVM

Datum	29/05/2020
LOT/X-nummer	1257

Fit factor real time test < 10	☒ Ja, test alleen met Clip	☒ Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	---

	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
Tester:	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
5.1.2e	real time	<10		21
		24		38
	Te ruim	<10		100
4. _____				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?		ja	nee	
			Is één clip voldoende?	ja
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)				
				

Type FFP Masker	P2
Fit test (FAIL of PASS)	PASS

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Particle Penetration by Kalibra

Datum	28-05-2020
Inkoopnummer	3031041
LOT/X-nummer	1257.

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	→ 89%	Pass P1	97%	Pass P2
Masker 2	97%	" P2	99%	" P3
Masker 3	95%	" P2	99%	" P3
Totaal gemiddelde	94%	" P2	98%	" P2

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	131	< 240 Pa	Pass
Masker 2	106		Pass
Masker 3	134		Pass


Eindoordeel > 0,3
volgt aan P2
Eindoordeel > 0,5
volgt aan P2

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Fittest by RIVM

Datum	26/5
LOT/X-nummer	1257

Fit factor real time test < 10	☒ Ja, test alleen met Clip	☐ Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
Tester:	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. 5.1.2e	—	✓	Zit goed met clip	172
2. _____				
3. _____				
4. _____				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?				nee
			Is één clip voldoende?	ja
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)				
				

Type FFP Masker	
Fit test (FAIL of PASS)	

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

28-5

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

1257B

Aantal pallets

19

Totaal stuks

364.800

Aantal samples

0

Totaal aantal na samples

364.800

Aantal per pallet

19.200

Aantal per doos

1600

Aantal per verpakkingseenheid

20

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

Inkooporder nummer

LCH-nummer

2020-0064-02

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

17 - 133 - 05

ingeboekt door:

17 - 197 - 05

17 - 097 - 05 t/m 017 - 133 - 05

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

28-5

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

1257 A

Aantal pallets

26 + 19 = 45

Totaal stuks

499.200 + 364.000 = 864.000

Aantal samples

60

Totaal aantal na samples

499.140

Aantal per pallet

19.200

Aantal per doos

1600

Aantal per verpakkingseenheid

20

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

950

Inkooporder nummer

303104

LCH-nummer

2020-0064-02

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

17 - 106 - 03
17 - 156 - 03

ingeboekt door:

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingerahmten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders

LA 4Z
NN

Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)		Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land)		LEITHE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT		Code transporteur Vervoerderscode Code Frachtführer		No Nr					
KLM Schiphol						NL							
2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land) 5.1.2h				16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Rietkraag 9 - 3411 GN Lopik - NL Mobiel: 5.1.2e 5.1.2e @gmail.com									
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land, datum) / Auslieferungsart des Gutes (Ort, Land) 5.1.2h				17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)									
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum) Schiphol - 20-05-20				18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers									
5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten Beigefügte Dokumente													
6 Marques et numéros / Marken en nummers Kennzeichen und Nummern		7 Nombre de colis / Aantal coli Anzahl der Packstücke		8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpackung		9 Nature des marchandises / Aard der goederen Bezeichnung des Gutes		10 No statistique / Statistisch nummer / Statistikknummer		11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg		12 Cubage m3 / Volume in m3 Umfang in m3	
32 Europallets medische goederen													
- 074 3648 3716 - LCH 2020 - 0068-12 → 16 pallets													
- 074 3648 3683 - LCH 2020 - 0064 - 02 → 16 pallets													
13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders regelen: 07376765				19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten Besondere Vereinbarungen 28 MAY '20 9:08									
14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift Frachtzahlsanweisungen: ☐ Franco / Frei ☐ Non franco / Niet franco / Unfrei				20 À payer par / Te betalen door / Zu zahlen vom: Expéditeur / Afzender Monnaie / Geldsoort Währung Destinataire / Geadresseerde Empfänger Prix de transport / Vrachtprijs Fracht: Réductions / Kortingen Ermäßigungen: Solde / Solde Zwischensumme: Suppléments / Supplementen Zuschläge: Frais accessoires / Bijkomende kosten / Nebengebühren: + TOTAL / TOTAAL GESAMTSUMME:									
21 Etablie à / Opgemaakt te Ausgefertigt in Schiphol le / de am 20-05-20				15 Remboursement / Rückerstattung									
22				5.1.2e									

LA 4Z
KIM

plein pour plear voor nplar für		destinataire gondresseerde Empfänger	LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT		CMR AVC-2002		Code transporteur Vervoerscode Code Frachtführer	No Nr	17909				
1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) Absender (Name, Anschrift, Land) KLM Schiphol			Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelogen in verschillende landen zijn het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. NL Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelogen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, zijn door a/va / Stichting Vervoeradres gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en te Rotterdam.										
2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land) CB Healthcare Uranen			16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vrachtführer (Name, Anschrift, Land) Rietkraag 9 - 3411 GN Lopik - NL Mobiel: 5.1.2e 5.1.2e pymail.com										
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum) Uranen NL			17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)										
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum) Schiphol 20-05-20			18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers										
5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten Beigefügte Dokumente													
6 Mengen et numéros / Mengen en nummers Kantochten und Nummern		7 Nombre de colis / Anzahl der Packstücke		8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpackung		9 Nature de la marchandise / Art der goods Beschreibung des Gutes		10 No d'origine / Statische nummer / Statische Nummer		11 Poids brut / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg		12 Contenu / Volume in m3 Umfang in m3	
37 Europallets medische goederen - 014 3642 3930 - LCH - 0045-01 -> 2 pal 3941 - LCH 0062-16 -> 5 pal 3683 - LCH 0064-02 -> 15 pal 3716 - LCH 0062-12 -> 12 pal													
13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders regelm: 08376761			19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten Besondere Vereinbarungen										
14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift Frachtzahlungsanweisungen ☐ Franco / Frei ☐ Non franco / Niet franco / Unfrei			20 A payer par / Te betalen door / Zu zahlen vom: Prix de transport / Vrachtprijs Fracht: Reductions / Kortingen Emballages: Sols / Solos Zwischensumme: Suppléments / Supplementen Zusätze: Frais accessoires / Bijnamen de l'expédition / Nebengebühren: TOTAL / TOTAL GESAMTSUMME:										
21 Etablie à / Opgemaakt te Ausgeföhrt in Schiphol le / da am 20-05-20			15 Remboursement / Rückerstattung										
22			/ Goederen ontvangen le / de am 5.1.2e										

Sign
van

Destinataire / Handtekening en stempel

1A4Z



A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur / in te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders

1-15 y compris et / inclusen 18+21+22

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingezeichneten Rubriken müssen vom Frachtgeber ausgefüllt werden

1. Adressant Destinataire Destinatar Adressat Abnehmer (Name, Anschrift, Land) KLM Schiphol		LETTRÉ DE VOUTURE - DOCUMENT DE TRANSPORT VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOCUMENT		Code transporteur Vervoerderscode Nr. 5.1.2e	
2. Objet Objet Gegenstand Gegenstand Gegenstand (Name, Adresse, pays) / Pasis (postadres) voor de aflevering 5.1.2h		3. Objet Objet Gegenstand Gegenstand (Name, Adresse, pays) / Pasis (postadres) voor de aflevering 5.1.2h		4. Objet Objet Gegenstand Gegenstand (Name, Adresse, pays) / Pasis (postadres) voor de aflevering 5.1.2h	
5. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h		6. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h		7. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h	
8. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h		9. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h		10. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h	
11. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h		12. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h		13. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h	
14. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h		15. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h		16. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h	
17. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h		18. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h		19. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h	
20. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h		21. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h		22. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h	
23. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h		24. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h		25. Documents annexes Bijgevoegde documenten 5.1.2h	

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

28-5

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

1257B

Aantal pallets

19

Totaal stuks

364.800

Aantal samples

0

Totaal aantal na samples

364.800

Aantal per pallet

19.200

Aantal per doos

1600

Aantal per verpakkingseenheid

20

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

Inkooporder nummer

LCH-nummer

2020-0064-02

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

17 - 133 - 05

17 - 197 - 05

17 - 097 - 05 t/m 17 - 102 - 05

ingeboekt door:

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

28-5

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

1257 A

Aantal pallets

26 + 19 = 45

Totaal stuks

499.200 + 364.000 = 864.000

Aantal samples

60

Totaal aantal na samples

499.140

Aantal per pallet

19.200

Aantal per doos

1600

Aantal per verpakkingseenheid

20

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

950

Inkooporder nummer

303104

LCH-nummer

2020-0064-02

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

17 - 106 - 03
17 - 156 - 03

ingeboekt door: