

Van: 5.1.5 <5.1.2e@demedischspecialist.nl>

Verzonden op: woensdag 6 mei 2020 09:19

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@kennisinstituut.nl>

Onderwerp: RE: p.p.s. aanvullende vraag over beschermingsjassen/schorten

Geachte heer 5.1.2e

Uw vraag betreffende de minimale eisen aan jassen en schorten is besproken in het 5.1.2e van de Federatie Medisch Specialisten.

Het 5.1.2e heeft de volgende adviezen:

Pasvorm:

- Lengte tussen knie en enkel. Dit maakt de maatvoering minder strikt, waardoor er minder kans is dat jassen te lang zijn voor kleinere medewerkers.
- Manchetten zorgen ervoor dat handschoenen over de jas gedragen kunnen worden en voorkomen dat er los hangende jasdelen rond de polsen hangen.
- Goede sluitingen specificeren: de jas sluit bij de hals en rond het middel, zodanig dat gehele romp omsloten is door de jas (een schort die alleen in de hals sluit en vervolgens achter geheel openstaat of loshangende flappen heeft, is gevaarlijk en niet adequaat).

Stevigheid:

- De indicatieve (hand)scheurtest lijkt vooralsnog voldoende. Het gaat erom dat het materiaal niet scheurt terwijl men aan het werk is, bijvoorbeeld bij het overtilen van een patiënt. Voor de scheurtest wordt overigens verwezen naar NEN-EN-13739-2. Deze NEN norm heeft betrekking op de agriculturele sector. Voor chirurgische jassen geldt de 13795-1, inclusief daarin verwijzende normen. Voor scheursterkte wordt in 13795-1 verwezen naar ISO 13938-1: 1999.

Vochtbestendigheid:

- Naar de mening van het 5.1.2e is klasse 2 (>18 cmH₂O) voldoende voor deze indicatie. Men is dan verzekerd van een duidelijk mate van waterafstotendheid die ook als eis gebruikt kan worden bij aanschaf.
- De indicatieve druppeltest lijkt voldoende om een grove scheiding te maken (als de druppels erdoorheen lopen hoeft de rest niet te testen) en de naadlekttest lijkt ook goed om te doen naast de 18 cm waterdruk.

Wij hopen dat uw vragen hiermee afdoende beantwoord zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e Kennisinstituut van Medisch Specialisten

Het Kennisinstituut is onderdeel van  Federatie
Medisch
Specialisten

Mercatorlaan 1200 • Postbus 3320 • 3502 GH Utrecht

(088) 5.1.2e • 06 - 5.1.2e • 5.1.2e @kennisinstituut.nl

