

To: [redacted] ([redacted]@minvws.nl]
From: [redacted]
Sent: Tue 4/5/2022 2:29:03 PM
Subject: Vraag over voorraadanalyse DT testmaterialen 5 april 22'
Received: Tue 4/5/2022 2:29:21 PM
[Voorraadanalyse 05042022.xlsx](#)

Hi [redacted]

Zie onderstaand bericht van [redacted]

Wat mij vooral opviel is het volgende:

- In Juni verlopen er bijna 3 miljoen Nasopharynx swabs. Dit betreffen 3D geprinte Neusswabs in April 2020 ingekocht bij DSM.

Deze zijn CE-gecertificeerd maar veroorzaken bloedneuzen bij burgers en zijn daarom als reserve voorraad aangehouden. De inzetbaarheid/verkoopwaarde is dan ook nihil.

Vraag is die in me opkomt – moeten we hier een korte nota ter info over opstellen dat het iig netjes is gemeld dat deze swabs over datum gaan en met een reden niet zijn ingezet of is een ander bericht voldoende?

Groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Dubbel

[redacted]

2 - 3

Dubbel