

20201105 Notulen kennisdeling poolen

Aanwezig: (19 personen)

5.1.2e (RIVM)
 5.1.2e (Sanquin)
 5.1.2e (GD Diergezondheid)
 5.1.2e (Tergooi)
 5.1.2e (Inbiome)
 5.1.2e (LCDK)
 5.1.2e (Antonius Ziekenhuis)
 5.1.2e (UMCG)
 5.1.2e (PAMM)
 5.1.2e (PAMM)
 5.1.2e (JBZ)
 5.1.2e (UMCG)
 5.1.2e (ATAL)
 5.1.2e (VWS)
 5.1.2e (GD Diergezondheid)
 5.1.2e (Microvida)
 5.1.2e (WBVR – WUR)
 5.1.2e (LUMC)
 5.1.2e (LCDK)

5.1.2e begon met een presentatie over poolen.

Via de chat kwamen hierover enkele vragen binnen:

5.1.2e : Kunnen de slides gedeeld worden?

Antwoord: Ja, dat kan. Ze worden verstuurd via mail.

5.1.2e : Waar kunnen vragen heen?

Antwoord: Deze kunnen verstuurd worden naar 5.1.2e @lcdk.nl

5.1.2e : Is er al ervaring met 2D pooling?

Antwoord 5.1.2e Hier is nog geen ervaring mee. Dit is op dit moment ook nog niet meegenomen, omdat de apparatuur hiervoor in Nederland nog niet beschikbaar is. 5.1.2e vult aan dat het juist bij lage prevalenties interessant wordt.

5.1.2e : Waarom bij afname swabs niet gewoon laten uitschudden en meteen weggooien. Zeker handig als je als transportmedium een lysis buffer gebruikt.

Antwoord 5.1.2e Swab uitschudden op afnamelocatie en weggooien kan leiden tot contaminatie oppervlakten (geconfirmeerd met veegproeven) en mogelijk contaminatie andere monsters als een hoog positief monster uitgeschud wordt. Er moet dan wel een zeer strikt protocol gevolgd gaan worden om contaminatie te voorkomen.

5.1.2e : Poolgrootte 100 in tijden van lage prevalentie? Wat zijn daar de consequenties van?

Antwoord **5.1.2e** Hier zullen we aan gaan rekenen.

5.1.2c : Is er al een lab die de swab er bij de ggd straat eruit laat halen?

Antwoord **5.1.2e** : Ja, GGD Haaglanden haalt volgens mij bij alle teststraten de swab eruit (in ieder geval bij ons en RdGG). Zie echter ook hierboven het antwoord van **5.1.2e**

5.1.2e .