

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl  
**From:** [redacted] 5.1.2e )  
**Sent:** Sun 3/22/2020 6:33:21 PM  
**Subject:** RE: Hulp voor testen prototype masker  
**Received:** Sun 3/22/2020 6:33:25 PM

Ik denk het beste: [redacted] 5.1.2i Functionele emailadressen @minvws.nl

Groeten, [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e  
 [redacted] 5.1.2e | Departementaal Crisiscentrum VWS |  
 Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |  
 M 06- [redacted] 5.1.2e | E [redacted] 5.1.2e @minvws.nl |

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 20 maart 2020 13:25  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e ) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: Hulp voor testen prototype masker

Ha [redacted] 5.1.2e , heb jij een idee waar dit soort mails t best naar toe kunnen? Groet, [redacted] 5.1.2e

---

**Van:** [redacted] 5.1.2i Functionele emailadressen @rivm.nl>  
**Datum:** 20 maart 2020 om 13:12:49 CET  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>  
**Onderwerp:** FW: Hulp voor testen prototype masker

[redacted] 5.1.2e

Ik stuur deze door naar jou. Zou jij willen bekijken of er snel op gereageerd moet? Zo niet dan zal ik de standaard reactie sturen.

[redacted] 5.1.2e

---

**From:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @yahoo.com>  
**Sent:** vrijdag 20 maart 2020 13:11  
**To:** [redacted] 5.1.2i Functionele emailadressen @rivm.nl>  
**Subject:** Hulp voor testen prototype masker

Beste heer/mevrouw,

Zoals telefonisch aangegeven ben ik [redacted] 5.1.2e in het Haagland Medisch Centrum en heeft mijn collega [redacted] 5.1.2e een herbruikbare FFP2/3 masker bedacht die je met minimale middelen en moeite in zou kunnen zetten. Daartoe is op de werkplaats van TU Delft vandaag al begonnen om het nodige tussenstuk te ontwerpen en over het weekend wordt deze 3D geprint. De maskers kunnen we in ieder geval handmatig schoonmaken na gebruik en de CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling) is aan het kijken of we een snellere, automatische, decontaminatie methode kunnen bedenken. We missen echter toegang tot het [redacted] 5.1.2e of een ander test faciliteit die kan bevestigen of het masker een FFP1, FFP2 of FFP3 is.

Voor de hoge risico momenten als intuberen en de zorg op de Intensive Care zijn de reguliere FFP1 mondmaskers onvoldoende, maar heb je de FFP2 maskers nodig. Deze zijn nog moeilijker te vinden. Een collega van mij die handig is, [redacted] 5.1.2e heeft een aanpassing gemaakt van een full face duikmasker van Decathlon (Subea) waardoor je een standaard beademingsfilter op kan zetten die we in alle centra hebben.

Ik snap dat de jullie bedolven worden onder de mails en telefoontjes. Echter er wordt verwacht dat er volgende week een forse toename zal zijn van Intensive Care patiënten en de voorraad is nu al zeer beperkt. Ik wil dus proberen om dit voor het weekend in gang te krijgen. TU Delft heeft zelf niet de faciliteiten om de validatie van het masker uit te voeren of testen uit te voeren om te bepalen hoelang je een enkel filter kan gebruiken. Gezien de haast die erachter zit hoop ik dat u mij kunt helpen, vooral omdat zo tijdens het weekend niemand meer te bereiken is.

We horen graag van u op zeer korte termijn. Mocht u mij kunnen helpen of doorverwijzen dan hoor ik het graag.

Alvast heel erg bedankt voor u hulp.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e  
5.1.2e  
06 5.1.2e  
Haaglanden Medisch Centrum

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) *Committed to health and sustainability*